

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21578633 din 08.04.2026**Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 7)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Debitmetru tip Bobrov	RO.400.12039UNI + DIN + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB MBB SRL	<p>Descriere: Debitmetru medical pentru oxigen cu umidificator, destinat administrării controlate a oxigenului pacienților prin conectare la rețeaua centralizată de gaze medicale. Sistemul permite reglarea precisă a debitului de oxigen și umidificarea acestuia înainte de administrare, pentru a preveni uscarea căilor respiratorii.</p> <p>Caracteristici de bază: Tipul conexiunii la O2 – DIN; Distanța dintre recipientul umidificator și priza de oxigen ≥ 60 mm; Presiunea de intrare – 3-5 bar;</p> <p>Carcasa debitmetrului, regulatorul de flux, inclusiv toate tuburile cu orificii destinate pentru transportul oxigenului atât în interiorul recipientului umidificator cât și în exterior, ieșirea pentru canula nazală, să fie confecționate din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat.</p> <p>Tipul recipientului umidificator – reutilizabil, autoclavabil; Indicator nivel de apă în recipient – minim și maxim; Capacitatea recipientului umidificator – 200-300 ml; Reglarea debitului de O2 la ieșire – 0-15 L/min; Indicatorul fluxului – scară gradată numeric; Ieșiri canulă de O2 – minim 1;</p> <p>Accesorii obligatorii: • Recipient umidificator (de rezervă) – 1 buc.</p>	<p>Tipul conexiunii la O2 – DIN; Distanța dintre recipientul umidificator și priza de oxigen 50 mm; Presiunea de intrare –3.5 bar; Carcasa debitmetrului, regulatorul de flux, inclusiv toate tuburile cu orificii destinate pentru transportul oxigenului atât în interiorul recipientului umidificator cât și în exterior, ieșirea pentru canula nazală - ,plastic. Tipul recipientului umidificator – reutilizabil, autoclavabil; Indicator nivel de apă în recipient – minim și maxim; Capacitatea recipientului umidificator – 250 ml; Reglarea debitului de O2 la ieșire – 0-15 L/min; Indicatorul fluxului – scară gradată numeric; Ieșiri canulă de O2 – 1; Accesorii obligatorii: • Recipient umidificator (de rezervă) – 1 buc.</p>	DM000452579 + DM000523415
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23