

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1619432278676								
Denumirea licitației: Reactivi și consumabile pentru laboratorul CSRGM, repetat								
Lot	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolu-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa	Standar-d
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33600000-6	Lymphochrome pentru cultivarea limfocitelor cu L-glutamină și FGA (phythaemagglutininum), 5.0 ml (eprub max 5 ml)	LGY-100	Germania	CytoGen	Lymphochrome pentru cultivarea limfocitelor cu L-glutamină și FGA (phythaemagglutininum), 5,0 ml în tub cultural de 11 cm, cu o parte plană de 6,5cm, și volumul de lucru 10 ml, pentru cultivarea limfocitelor din sângele periferic	Lymphochrome pentru cultivarea limfocitelor cu L-glutamină și FGA (phythaemagglutininum) - Lymphogrow II with FBS substitute cite 100 ml pentru cultivarea limfocitelor din sângele periferic	Conform cerintelor
4	33600000-6	Pipeta 8-canal, cu volum schimbator 20-200μl (cu metrologie)	OP8-200	Polonia	HTL	Pipeta 8-canal, cu volum schimbator 20 sau 30 - 200μl Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine	Pipeta 8-canal, cu volum schimbator 20 sau 30 - 200μl Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine. Optipette-multichannel	Conform cerintelor
4	33600000-6	Set micropipete automate 0,1-2,5mkl,0,5-1,0mkl, 2-20mkl, 10-100mkl,20-200mkl,100-1000mkl,500-5000mkl. (cu metrologie)	OP (5601+5604+5608) + Starter Pack – 4 PipettesOptipette (Color version) 7912	Polonia	HTL	Set micropipete automate 0,1-2,0mkl, 0,5-10mkl, 2-20mkl, 10-100mkl, 20-200mkl, 100-1000mkl, 500-5000mkl.	Set micropipete automate Optipette OP2 5601: 0,1-2,0mkl, OP100 5604: 10-100mkl, OP5000 5608: 500-5000mkl + Starter Pack – 4 PipettesOptipette (Color version) 7912 (OP10: 0,5-10mkl, OP20: 2-20mkl, OP200: 20-200mkl, OP1000: 100-1000mkl)	Conform cerintelor
6	33600000-6	Lot 6//Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	07-08100	Germania	CytoGen	Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon min 80ml – max 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire.flacon 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova