

Specificații tehnice

			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>						
Numărul licitației:			LP nr. 21601808					Data: „18”iunie 2026	Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 18					Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	1	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (I.Cardio)	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (I.Cardio)	Acuson Sequoia	Germania	Siemens Healthineers	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI cel puțin 4 active CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1 PROBE TIP, MHz Linear minim diapazon 5 - 13 MHz Tehnologie - SingleCrystal/Composite/Matricială sau alta tehnologia patentată de producător număr de elemente ≥192 Lățimea câmpului vizual (FoV) 38-60 mm Convex minim diapazon 1.0 - 5,5 MHz număr de elemente ≥160 Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentată Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 70 grade Phased/Vector minim diapazon 1,1 - 3,8 MHz număr de elemente ≥288, Tehnologie - XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentată NIVELE DE GRI ≥ 256 GAMA DINAMICA ≥ 300dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4.600.000 POSTPROCESARE Mape culore obligatoriu Inversare spectru obligatoriu Baseline obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod obligatoriu M-mod și 2-D obligatoriu Mod Anatomic obligatoriu	Conform specificație tehnice anexate	

33100000-1	2	Ultrasonograf General, performanță medie (I. Cardio)	Ultrasonograf General, performanță medie (I. Cardio)	Acuson Juniper	Germania	Siemens Healthineers	Ultrasonograf General, performanță medie APLICAȚII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (opțional) PROBE PORTURI minim 4 PROBE TIP, MHz Probele (sondele) livrate trebuie să acopere aplicațiile clinice solicitate. Sa se prezinte lista aplicațiilor disponibile pentru fiecare probă în parte Lineară minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) 38-60 mm Numărul minim de elemente: 192 Convexă diapazon acoperit minim 1,2-5MHz Lățimea câmpului vizual(FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 128 tehnologie: XDclear/SingleCrystal/CMUT/Matricial/ sau altă tehnologie patentată. Endocavitară minim 4-8 MHz Numărul minim de elemente: 192 Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥ 160 grade. NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 300 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB ADÂNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂ minim 30 cm GAMA DE FRECVENTE A SISTEMULUI minim 2-17 Mhz POSTPROCESARE obligatoriu	Conform specificație tehnice anexate	
33100000-1	7	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU)	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU)	Acuson Sequoia	Germania	Siemens Healthineers	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă Parametrul Specificația APLICAȚII CLINICE Cardio, Vascular PROBE PORTURI Active PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE 4 CW PROBE PORTURI ACTIVE PORT CW (minim): 1 PROBE TIP, MHz Linear nu mai mare 3 MHz - nu mai mica 9 MHz Lățimea câmpului vizual (Fov): ≥38 mm Convex nu mai mare de 1.6 MHz - nu mia mica de 5.7 MHz unghiul de scanare minim 70° Tehnologie - XDclear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata Sectorial (Phased/Vector) nu mai mare de 1.5 MHz - nu mia mica de 4.5 MHz unghiul de scanare minim 90 ° Tehnologie - XDclear/SingleCrystal/CMUT/Matricial/piezoceramic sau alta tehnologia patentata Frecvența sistemului 1-21 MHz (minim) PREPROCESARE Canale digitale/fizice minim 6 000 000 (digitale) / 500 (fizice) sau altă tehnologie GAMA DINAMICA minim: 260dB sau altă tehnologie mai avansată Adâncimea de scanare maximă minim 40 cm MODURI de Scanare 2D sau B-mod Obligatoriu M-mod Obligatoriu M-mode anatomic sau analog Obligatoriu M-Mod color Obligatoriu Mod/Regim Panoramic Obligatoriu Compunere spațială Obligatoriu	Conform specificație tehnice anexate	

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr. 21601808

Data: „18” iunie
2026

Alternativa nr.: nu

Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 18								Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare		
1	2		3	4	5	6	7	8	9			
33100000-1	1	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (I.Cardio)	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (I.Cardio)	bucată	1	1754009.00	2104810.8	1754009.00	2104810.80	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	1,666,667	1686666.67
33100000-1	2	Ultrasonograf General, performanță medie (I. Cardio)	Ultrasonograf General, performanță medie (I. Cardio)	bucată	1	741272.00	889526.40	741272.00	889526.40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	833,333	853333.333
33100000-1	7	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU)	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță de înaltă (IMU)	bucată	2	1453910.00	1744692.00	2907820.00	3489384.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	3000000	3020000
33100000-1	10	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (SR Ungheni)	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă (SR Ungheni)	bucată	1	1678954.00	2014744.80	1678954.00	2014744.80	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	2000000	2020000
								7082055.00	8498466.00			