

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737102214371
Denumirea procedurii: Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pe parcursul anului 2025

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Unitate radiodiagnostică digitală model FlexaVision HB; Shimadzu, Japonia;	FlexaVision HB	Japonia	Shimadzu	Mentenanță preventivă și corectivă, calibrare, testare - <i>Serviciile de mentenanță includ 4 intervenții trimestriale obligatorii și chemări nelimitate;</i> - <i>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local;</i> - <i>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Registru” și „Fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării;</i> - <i>Timpul de reacționare de la chemarea inginerului până la 6 ore și soluționarea problemei nu mai mult de 24 ore;</i> - <i>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii de mentenanță va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginerul local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul</i>	Mentenanță preventivă și corectivă, calibrare, testare - <i>Serviciile de mentenanță includ 4 intervenții trimestriale obligatorii și chemări nelimitate;</i> - <i>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local;</i> - <i>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Registru” și „Fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării;</i> - <i>Timpul de reacționare de la chemarea inginerului până la 6 ore și soluționarea problemei nu mai mult de 24 ore;</i> - <i>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii de mentenanță va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginerul local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul</i>	CE

			propriu-zis. După efectuarea lucrărilor, prestatorul de servicii, va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului; - Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis. - Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, - Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)	propriu-zis. După efectuarea lucrărilor, prestatorul de servicii, va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului; - Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis. - Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, - Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)	
--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău