

Specificatii tehnice

IMSP SR Florești

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742969393913 / 21386730 din 01.04.2025						Lot: 1, 2.		Page 1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi de laborator pentru anul 2025								
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
33600000-6	Lotul 1 - HbsAg Rapid Test	HBSAg - Cassete Nr.catalog IHBSG-402	China	AllTest	Test pentru determinarea Ag HBS,metoda imunocromatografia,cu depestarea în ser,plazma și singe integru.Relativa sesibilitatea și specificitatea nu mai mică de 99%.Ambalată individual,termen de valabilitatea indicat,reagenți și consumabile necesare pentru efectuarea.	HBSAg - Casseta. Metoda imunocromatografică cu depistare in ser,plasma,singe integru .Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBSAg. Specificitate > 99,99 %. Sensibilitate > 99,95%. Ambalare individuala,termenul de valabilitate indicat pe ambalaj,Reagenți si consumabile pentru efectuare-incluse Nr.inregistrării la AMDM - DM000377191 Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , ISO si instructiunea de utilizare	ISO, CE, Declaratie Conformity	
33600000-6	Lotul 2 - HCV Rapid Test	HCV - Cassete Nr.catalog IHC-402	China	AllTest	Test pentru determinarea Ac HCV,metoda imunocromatografia,cu depestarea în ser,plazma și singe integru.Relativa sesibilitatea și specificitatea nu mai mică de 99%.Ambalată individual,termen de valabilitatea indicat,reagenți și consumabile necesare pentru efectuarea.	HCV - Casseta. Metoda imunocromatografică cu depistare in ser,plasma,singe integru .Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV. Specificitate > 99,4 %. Sensibilitate > 99,8%. Ambalare individuala,termenul de valabilitate indicat pe ambalaj,Reagenți si consumabile pentru efectuare-incluse Nr.inregistrării la AMDM - DM000377190 Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , ISO si instructiunea de utilizare	ISO, CE, Declaratie Conformity	

Nume: Varman,Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61
semnat electron