

ООО "Ткацкая фабрика "Медтекс"

601337, Владимирская обл., Камешковский р-н, п. Им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ по ТУ 9393-001-91027909-2011

Тип 2 (отбеленная) Исполнение 2 - артикул 6498-Т

Партия № 33

"21" февраля 2020 г.

Наименование показателей	Значения показателей	
	ТУ 9393-001-91027909-2011 арт.6498-Т	установлено анализом
1. Ширина ткани, см	90,0 ± 5,0	90,0
2. Поверхностная плотность, г/кв.м	32 - 3	32,0
3. Число нитей на 10 см основы	102 - 6	104,9
утка	56 - 6	54,6
4.Разрывная нагрузка размером 50 x 200 мм, кгс	основы не менее 7,0	9,2
утка	не менее 2,7	4,3
5. Реакция водной вытяжки	нейтральная	нейтральная
6. Массовая доля хлористых солей, %	не более 0,02	менее 0,02
7. Массовая доля сернокислых солей, %	не более 0,02	менее 0,02
8. Массовая доля кальциевых солей, %	не более 0,06	менее 0,06
9. Время определения содержания окисляемых веществ, мин.	не менее 5	более 5
10.Содержание аппретирующих веществ	не допускается	отсутствует
11.Содержание окрашивающих веществ	бесцв. вытяжка	бесцветная
12.Массовая доля жировых веществ, %	не более 0,3	0,20
13.Смачиваемость, с	для х/б не более 7	1
для смеш.	— " — 7	
14.Капиллярность см/ч.	не менее 8	9,4
15. Влажность, %	5,0 - 8,5	6,6
16. Зольность, %	не более 0,3	0,29
17. Белизна, %	не менее 80	81
18. Степень устойчивости белизны, %	не более 10	9,0

Заключение ОТК: Соответствует ТУ 9393-001-91027909-2011 артикул 6498-Т

Начальник ОТК

