

|    |  |   |     |   |   |
|----|--|---|-----|---|---|
|    |  |   |     |   | BKM-Z24B(III) with printer and USB, Biobase China   |
| 3. | Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic | <p>Autoclav cu capacitate min. 23 si max. 24 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale.</p> <p>Caracteristica tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clasa de autoclavare - B, S</li> <li>- Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz</li> <li>- construcția interioară – din oțel inoxidabil,</li> <li>- exterior – din plastic,</li> <li>- regimuri de sterilizare – min. 4 programe,</li> <li>- control electronic- microprocesor,</li> <li>- să posede imprimantă termică,</li> <li>- monitortizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED,</li> <li>- Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic),</li> <li>- Alarmer – acustică vizuală</li> <li>- Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum.</li> <li>- Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor,</li> <li>- Camera de sterilizare – din oțel</li> <li>- Volum interior – min. 23 și max.24 litri</li> <li>- Gama de temperatură – 121-134 grade C,</li> <li>- Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test.</li> <li>- Termenul garanție min. 24 luni</li> </ul> <p>In cost vor fi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani</li> <li>- serviciile de instalare a autoclavului</li> </ul> | buc | 2 | <p>Da, 24 lt</p> <p>da, B</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>Da</p> <p>da</p> <p>da</p> <p>da, 24 lt</p> <p>da, 105~138C</p> <p>da</p> <p>da, 24 luni</p> <p>da, 1 an</p> <p>da</p> |

Anexa nr. 1 la Formularul Specificații tehnice

|  |  |   |  |  |    |
|--|--|---|--|--|----|
|  |  | - se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF<br>"Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului. |  |  | da |
|--|--|---|--|--|----|