



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM -011

Certificat de desemnare:
SNM MD 08/08: 2015
Valabil până la: 09.09.2020

G 002836

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INCEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. Th-445

Mijloc de măsurare: Tahimetru electronic tip Leica TCRP1203

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 217813, f-ma "Leica", Elveția
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant ÎM Chișinău proiect

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NM 1-01:2000 și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate III-IV

Data eliberării: " 30 " iulie 20 20

Valabil pînă la: " 29 " iulie 20 21

Șeful
laboratorului metrologic

O. Miron

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

O. Miron

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM -011

Certificat de desemnare:
SNM MD 08/08: 2015
Valabil până la: 09.09.2020

G 002785

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INCEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. Th-439

Mijloc de măsurare: Tahimetru electronic tip Nikon NPL-352

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 032956, f-ma "Nikon", Japonia
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant ÎM Chișinău proiect

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NM 1-01:2000 și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate III-IV

Data eliberării: " 14 " iulie 20 20

Valabil pînă la: " 13 " iulie 20 21

Șeful
laboratorului metrologic

O. Miron

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

O. Miron

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM -011

Certificat de desemnare:
SNM MD 08/08: 2015
Valabil până la: 09.09.2020

G 002784

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INCEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. Th-438

Mijloc de măsurare: Tahimetru electronic tip 3Ta5P

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 16438, f-ma UOM3, Rusia
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant ÎM Chișinău proiect

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NM 1-01:2000 și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate III-IV

Data eliberării: " 14 " iulie 20 20

Valabil pînă la: " 13 " iulie 20 21

Șeful
laboratorului metrologic

O. Miron

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

O. Miron

(prenumele, numele)

Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează



SM SR EN ISO/CEI 17020:2013
LVM -011

Certificat de desemnare:
SNM MD 08/08: 2015
Valabil până la: 09.09.2020

G 002837

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
Institutul "INCEOCAD"
AL REPUBLICII MOLDOVA

Laboratorul Metrologic Geodezic

(denumirea laboratorului care a efectuat verificarea metrologică)

BULETIN DE VERIFICARE METROLOGICĂ nr. G-656

Mijloc de măsurare: Utilaj GNSS tip Trimble 5800

(denumirea și tipul mijlocului de măsurare,

nr. 4748141639, f-ma "Trimble", SUA
(numărul de fabricație, producătorul)

Solicitant ÎM Chișinău proiect

(denumirea persoanei fizice, juridice)

Verificat conform NML 1-06:2019 și în baza rezultatelor
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

este admis pentru utilizare cu clasa de exactitate

Data eliberării: " 30 " iulie 20 20

Valabil pînă la: " 29 " iulie 20 21

Șeful
laboratorului metrologic

O. Miron

(prenumele, numele)

Verificatorul metrolog

O. Miron

(prenumele, numele)


Locul mărcii
metrologice

Falsificarea acestui buletin se pedepsește conform legislației în vigoare.
Duplicat nu se eliberează

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$m\beta'' = \pm 5''$	$m\beta'' = \pm 0,58''$	
$m\alpha'' = \pm 5''$	$m\alpha'' = \pm 0,96''$	
$mD'' = \pm 3+2\text{ppm}$	$mD'' = \pm 5,44\text{mm}$	

Verificatorul
metrolog



(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$m_0'' = \pm 5''$	$m_0'' = 0,51''$	
$m_v'' = \pm 5''$	$m_v'' = 0,65''$	
$m_D'' = \pm 2+2\text{ ppm}$	$m_D'' = 1,29\text{mm}$	

Verificatorul
metrolog



(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$S_{xy} = 10\text{mm}+1\text{ppm}$	$S_{xy} = 12,09\text{mm}$	
$Sh = 20\text{mm}+2\text{ppm}$	$Sh = 18,22\text{mm}$	

Verificatorul
metrolog



(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

$m\beta'' = \pm 5''$	$m\beta'' = \pm 0,87''$	
$m\alpha'' = \pm 5''$	$m\alpha'' = \pm 1,36''$	
$mD'' = \pm 3+2\text{ppm}$	$mD'' = \pm 4,61\text{mm}$	

Verificatorul
metrolog


(semnătura)

O. Miron
(prenumele, numele)