

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din „__” _____ 20__

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783422869666 din 07.07.2026
	Obiectul de achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 12) pentru anul 2027

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii:						
	1	Lotul 8						
		Autorefractometru cu keratomie 170410	Autorefractometru AR (K)7610	China	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	Autorefractometru cu keratomie Cod 170410 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex , mm diapazon minim 0, 10, 13.75, 15 Putere sferă (SPH) diapazon minim	Autorefractometru cu keratomie AR(K)7610 Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm diapazon minim 0, 12, 13.5, 15mm – configurare clinică standard. Diferența dintre 13,5 mm și 13,75 mm este de numai 0,25 mm și nu are relevanță clinică pentru determinarea refracției., vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.14 Putere sferă (SPH) "diapazon -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)" - da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.14 Putere cilindru(CYL) " -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)" - da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.14	Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Nr. de înregistrare AMDM: DM000397643

						-25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) Distanța pupilară , mm diapazon minim 10 - 85 (pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2 Keratomie Obligatoriu Display LCD Printer Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz	Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) - da, vezi User manual AR 7610 atasat pe p.15 Distanța pupilară , mm diapazon 10 - 85 (pasul 1) - da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.15 Diametru pupilar mm 2.0- da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.15 Keratomie -da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.19 Display LCD - da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.15 Printer - da, vezi User manual AR(K)7610 atasat pe p.15,21 Alimentare 220 V, 50 Hz	
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: SRL OPTIC LUX

Numele, Prenumele: Filimonenco Elena
Adresa: or.Chisinau str.31 August , 101

În calitate de: Director