

**Specificații Tehnice
pentru Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727796158103 / 21286328	din 11 noiembrie 2024
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 26)	

Cod CPV/	Nr.lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	1	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet ULTRASONIC 1300 nr.catalog US1321	Italia	EME	<p>Parametrii tehnici Specificație</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensiunea de alimentare în rețea 220V - 2 tipuri de sonde da - Frecvență de lucru 1/3,3 MHz ± 10% - Regimul de emisie Continuu și/sau pulsativ - Suprafața minimă de iradiere 1.33 ± 10% - Suprafața maximă de iradiere 5 cm2± 10% - Aria Sondei 1 1 cm2 ± 10% - Aria Sondei 2 5 cm2± 10% - LCD tactil ≥4" - Va dispune de diferite tipuri de programe salvate pentru proceduri Da <p>Accesorii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Sonde 2 buc - Manual de utilizare 1 buc. 	<p>Parametrii tehnici Specificație</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensiunea de alimentare în rețea 220V - Da, 230 VAC, 50-60Hz - pag.21 din manual - 2 tipuri de sonde da - Da, 2 tipuri de sonde - pag.10 din manual - Frecvență de lucru 1/3,3 MHz ± 10% - Da, 1-3 MHz ± 15% - pag.21 din manual - Regimul de emisie Continuu și/sau pulsativ - Da, Continuu/Pulsativ - pag.21 din manual - Suprafața minimă de iradiere 1.33 ±10% - Da, 1cm2 - pag.21 din manual - Suprafața maximă de iradiere 5cm2 ±10% - Da, 5cm2 - pag.21 din manual - Aria Sondei 1 - 1 cm2 ± 10% - Da, 1cm2 sonda TV1 - pag.21 din manual - Aria Sondei 2 - 5 cm2± 10% - Da, 5cm2 sonda TV5 - pag.21 din manual - LCD tactil ≥4" - Da, LCD tactil 5,5" - pag.21 din manual - Va dispune de diferite tipuri de programe salvate pentru proceduri Da - Da, 200 programe salvate in memorie - pag.21 din manual <p>Accesorii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cablu de alimentare standard european 1 buc. - Da, 1 - pag.10 din manual - Sonde 2 buc - Da, 2 sonde - pag.10 din manual - Manual de utilizare 1 buc. - Da, 1 manual - pag.10 din manual 	CE, ISO DM000684159
33100000-1	2	Dispozitiv de terapie cu unde de șoc	Dispozitiv de terapie cu unde de șoc Shock Med nr.catalog SW2050	Italia	EME	<p>Parametrii tehnici Specificația</p> <ul style="list-style-type: none"> Compresor de presiune integrat 1-5 bar Moduri de emisie a undelor de șoc Single, continuu, burst Presiune reglabilă Moduri de frecvențe De la 1 la min. 20 Hz Frecvență reglabilă Număr de șocuri reglabil Programe presetate reglabile min. 5 Protocole prestabilite min. 10 LCD tactil, color min. 7 inch Aplicatoare shockwave min. 3 Diametru aplicatoare 10, 15, 20 mm Alimentare 220V Opțional Chit de mentenanță 1 buc 	<p>Parametrii tehnici Specificația</p> <ul style="list-style-type: none"> Compresor de presiune integrat 1-5 bar - Da, 1-5 bar - pag.26 din manual Moduri de emisie a undelor de șoc - Da, SINGLE, CONTINUE, BURST, CONTINUE AUTO, BURST AUTO - Da - pag.15, 26 din manual Presiune reglabilă - Da, de la 1.0 la 5.0 bar, cu pas de 0.1 bar - pag.26 din manual Moduri de frecvențe De la 1 la min.20 Hz - Da, de la 1 la 20 Hz - pag.26 din manual Frecvență reglabilă - Da, cu pas de 1 Hz - pag.26 din manual Număr de șocuri reglabil - Da, de la 10 până la 10.000 per sesie - pag.15 din manual Programe presetate reglabile min. 5 - Da, 5 - pag.15 din manual Protocole prestabilite min.10 - Da, 31 - pag.2 din TDS LCD tactil, color min. 7 inch - Da, LCD color tactil 10.1 inch - pag.26 din manual Aplicatoare shockwave min. 3 - Da, 4 transdusere - pag.9 din manual Diametru aplicatoare 10, 15, 20 mm - Da, - pag.9 din manual 15 mm focusat, 9 mm multifocusat, 15 mm multifocusat, 35 mm multifocusat Alimentare 220V - Da, 230 VAC, 50-60 Hz - pag.26 din manual Opțional Chit de mentenanță 1 buc - Da, 1 buc. - pag.9 din manual 	CE, ISO DM000661261

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**