

## Specificații Tehnice pentru Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1724422723102 / 21271806	din 23 septembrie 2024
Obiectul de achiziție: <b>Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 19)</b>		

Cod CPV/	Nr.lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	32	Dispozitiv p-ru electroter, (400140)	THERAPIC 9400, cat. no. TH1313	Italia	EME	<p>Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație Ecran dimensiune <math>\geq 5</math> inch color, touch-screen Canale independente <math>\geq 3</math> buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent <math>\geq 120</math>mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant <math>\geq 200</math> protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator <math>\geq 100</math> programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Parametru Specificație <b>Broșura, Catalog, TDS</b> Ecran dimensiune Graphic colour 320x240 px Touch &amp; Scroll <b>Broș. Pag.1</b> Canale independente 4 buc. <b>Broș. Pag.1</b> Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert <b>Cat. Pag.1</b> Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV <b>Broș. Pag.1</b> Intensitate maxima curent 100mA <b>TDS Pag.1</b> Timpul de tratament diapazon minim 60 min <b>TDS. Pag.1</b> Alarma finalizare tratament obligatoriu <b>Da</b> Librarie de protocoale interne de tratemant 200 protocoale <b>Broș. Pag.1</b> Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 126 programe <b>TDS. Pag.2</b> Port USB sau analogic <b>Da</b> Tensiune 220V, 50 HZ <b>Da</b> Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., <b>sînt incluse în set</b> Electrod electroterapie 4 buc., <b>sînt incluse în set</b> Troleu dispozitiv 1 buc., <b>cat.no. ACSL007</b></p>	CE, ISO DM000661276

Cod CPV/	Nr.lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	33	Dispozitiv p-ru magnetoterapie, (400150)	MAGNETOMED 8400, cat. no. MA1334	Italia	EME	<p>Magnetoterapie Cod 400150</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoră electromagnetică min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Magnetoterapie Cod 400150</p> <p>Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei</p> <p>Parametru Specificație <b>Broșura, Catalog, TDS</b> Ecran dimensiune Graphic colour 320x240 px Touch &amp; Scroll <b>Bros. Pag.1</b> Canale independente 4 buc. <b>Bros. Pag.1</b> Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz <b>Bros. Pag.1</b> Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss <b>Bros. Pag.1</b> Timpul de tratament diapazon până la 99 de minute <b>TDS. Pag.1</b> Alarma finalizare tratament obligatoriu <b>Da</b> Librarie de protocoale interne de tratament 81 buc. <b>TDS. Pag.1</b> Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu <b>TDS. Pag.1</b> Tensiune 220V, 50 HZ <b>Da</b> Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., <b>cat.no. ACC615</b> Troleu dispozitiv 1 buc., <b>este inclus în set</b> <i>Covoră electromagnetică min. 50x30cm 1 buc.,</i> <i>Aplicator magnetic flexibil 1 buc.,</i> <i>Curele de fixare flexibile 1 set.,</i> Aplicatorul nostru este deja ușor și utilizabil pe oricare parte a corpului fără nici o problemă sau vreo declarație specială flexibilă.</p>	CE, ISO DM000661253

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**