

Specificatii Tehnice

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1699619738481 / din 15.12.2023					Alternativa nr. 21116315		
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024</i>					Pagina 1 din 1	Lot: 135	
Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta	
1	2	3	4	5	6	7	
3310000-1	Lot 135. Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	H.Pylori Ag Rapid Test Cassette, IHP-602	China	AllTest	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90% (<i>sensitivity of 99.0% (508/513) and a specificity of 97.9% (525/536)</i>), ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	CE, ISO; Inregistrat la AMDM cu nr.DM000370308

Semnat: _____ Numele, Prenumele : **Varman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinău, str. Docuceaev,6**