

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21324358, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1734329069930 din „10” ianuarie 2025

Obiectul achiziției: Reagenților si consumabilelor pentru 2025

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 10 Reagenți pentru analizatorul Vidas, (sistem închis)							
10.1	T3 total	VIDAS® T3 (T3). 30403	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® T3 este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) în serul sau plasma uman(ă) (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 56 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.2	T4 total	VIDAS® T4 (T4). 30404	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® T4 este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de tiroxină totală (T4) în serul sau plasma umană, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.3	TSH	VIDAS® TSH (TSH). 30400	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® TSH este un test cantitativ automat pentru utilizare pe familia de instrumente VIDAS®, pentru determinarea imunoenzimatică a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma uman(ă) (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control , diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 56 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.4	T3 liber	VIDAS® FT3 (FT3). 30402	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® FT3 este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de triiodotironină liberă (FT3) în serul sau plasma uman(ă) (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Tipul probelor: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.5	T4 liber	VIDAS® FT4 (FT4N). 30459	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® FT4 este un test imunoenzimatic cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru determinarea a nivelurilor de tiroxină liberă (FT4) în serul sau plasma uman(ă) (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 56 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

10.6	PSA liber	VIDAS® FPSA (FPSA). 30440	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® FPSA este un test cantitativ automat utilizat pe familia de instrumente VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a fracției libere a antigenului specific prostatic (PSA) din serul sau plasma umană (litiu-heparinat sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.7	PSA total	VIDAS® TPSA (TPSA). 30428	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® TPSA este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS®, pentru detectia cantitativa a nivelului antigenului specific prostatei în ser sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 56 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.8	Prolactina	VIDAS® Prolactin (PRL). 30410	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® Prolactin este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS, pentru determinarea imunoenzimatică a prolactinei umane în serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.9	Testosteron	VIDAS® Testosterone II (TES2). 414320	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® Testosterone II este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS® în vederea determinării cantitative a testosteronului total în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) (Analiza enzimelor în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.10	CA-125	VIDAS® CA 125 II™ (125). 30426	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® CA 125 II este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS, pentru măsurarea factorilor determinanți antigenici OC 125 în serul sau plasma umană (litiu heparină sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.11	Anti TPO	VIDAS® Anti TPO (ATPO). 30461	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. Testul VIDAS® Anti-TPO este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru detectia auto-anticorpilor tiroid-peroxidazei de clasa IgG (anti-TPO) în serul sau plasma umană folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 28 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.12	Anti TG	VIDAS® Anti-Tg (ATG). 30462	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. Testul VIDAS® Anti-Tg este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de instrumente VIDAS®, pentru detectia auto-anticorpilor tiroglobulinei de clasa IgG (anti-Tg) în serul sau plasma umană folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 28 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.13	Vitamina D	VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD). 30463	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS® pentru determinarea 25-hidroxivitaminei D Totale în serul sau plasma umană folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 56 de zile. Probe: ser sau plasmă umană. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

10.14	CA 19-9	VIDAS® CA 19-9™ (199). 30427	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® CA 19-9 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea determinantilor antigenici reactivi 1116-ns-19-9 în serul sau plasma umană (litiu heparină sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzima). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control , diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.15	CEA	VIDAS® CEA (S) (CEAS). 30453	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS CEA (S) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a antigenului carcinoembrionic (CEA) în serul sau plasma umană (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.16	AFP	VIDAS® AFP (AFP). 30413	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® AFP este un test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a alfa-proteinei umane în serul, plasma umană sau lichidul amniotic, utilizând tehnica ELFA. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină sau EDTA) sau lichid amniotic. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.17	FSH	VIDAS® FSH (FSH). 30407	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® FSH este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru a determina hormonul de stimulare foliculară uman în serul sau plasma umană (heparinat de litiu), folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.18	LH	VIDAS® LH (LH). 30406	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® LH este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de dispozitive VIDAS pentru a determina hormonul luteinizat uman în ser sau plasmă (litiu heparină) prin utilizarea tehnicii Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA – Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.19	Anti CMV IgG	VIDAS® CMV IgG (CMVG). 30204	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® CMV IgG este un test imunoenzimatic cantitativ automat pentru utilizarea pe familia de instrumente VIDAS pentru măsurarea cantitativă a IgG anti-citomegalovirus (CMVG) în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.20	Anti CMV IgM	VIDAS® CMV IgM (CMVM). 30205	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® CMV IgM este un test imunoenzimatic calitativ automat pentru utilizare pe familia de instrumente VIDAS® pentru detectarea IgM anti-citomegalovirus (CMVM) în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.21	Anti Toxoplasma gondi IgG	VIDAS® TOXO IgG II (TXG). 30210	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® TOXO IgG II este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru măsurarea cantitativă a anti-toxoplasmei IgG în serul sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA) . Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

10.22	Anti Toxoplasma gondi IgM	VIDAS® TOXO IgM (TXM). 30202	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® TOXO IgM este un test calitativ automat pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS, pentru detectarea anticorpilor anti-Toxoplasma IgM în ser, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.23	Lime IgG	VIDAS® Lyme IgG (LYG). 30320	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Analiza VIDAS® Lyme IgG (LYG) este un test calitativ automat destinat utilizării împreună cu gama de instrumente VIDAS®, pentru detecția anticorpilor IgG specifici Borrelia burgdorferisensu lato (sl) în serul sau plasma umană, în sprijinul diagnosticării bolii Lyme. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.24	Lime IgM	VIDAS® Lyme IgM (LYM). 30319	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Analiza VIDAS® Lyme IgM (LYM) este un test calitativ automat destinat utilizării împreună cu gama de instrumente VIDAS®, pentru detecția anticorpilor IgM specifici Borrelia burgdorferisensu lato (sl) în serul sau plasma umană, în sprijinul diagnosticării bolii Lyme. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.25	CA 153	VIDAS® CA 15-3® (153). 30429	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	VIDAS CA 15-3 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de CA15-3 în serul sau plasmă umană (litiu heparină sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă umană (litiu heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.26	Helicobacter pylori IgG	VIDAS® H.Pylori IgG (HPY). 30192	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	VIDAS® H. pylori IgG (HPY) este un test calitativ automat destinat utilizării pe aparate din gama VIDAS®, în vederea detectării anticorpilor anti-Helicobacter pylori IgG în serul sau plasma umană (EDTA), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.27	AMH	VIDAS® AMH (AMH). 417011	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® AMH (AMH) este un test automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a hormonului circulant anti-Müllerian (AMH) în serul și plasma (litiu-heparină) umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza enzimelor în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă umane (litiu-heparină). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.28	EBNA IgG	VIDAS® EBV EBNA IgG (EBNA). 30235	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® EBV EBNA IgG este un test automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru detectarea calitativă a anticorpilor IgG anti-EBNA din serul uman folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser uman. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.29	EBV VCA IgG	VIDAS® EBV VCA/EA IgG (VCAG). 30236	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® EBV VCA/EA IgG este un test automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru detectarea calitativă a anticorpilor IgG anti-VCA și anti-EA din serul uman folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser uman. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

10.30	EBV VCA IgM	VIDAS® EBV VCA IgM (VCAM). 30237	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® EBV VCA IgM este un test automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru detectarea calitativă a anticorpilor IgM anti-VCA din serul uman folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser uman. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.31	RUBELA IgM	VIDAS® RUB IgM (RBM). 30214	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® RUB IgM este un test imunoenzimatic automat calitativ pentru utilizarea pe gama de instrumente VIDAS®, pentru detectarea anticorpilor IgM anti-rubeolă (RBM) în serul uman, folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser uman. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO
10.32	RUBELA IgG	VIDAS® RUB IgG II (RBG). 30221	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux. VIDAS® RUB IgG II (RBG) este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a imunoglobulinelor G (IgG) direcționate împotriva virusului rubeolei în serul sau plasma umane (heparină sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (heparinat de litiu sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului.	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1