

Specificația tehnică: Menținerea Periodică a Autoclavului Plusteam 6, TBT

Graficul efectuării lucrărilor

Plan de mentenanță (MP) 2023

Dispozitivul	Locația	Periodicitatea Trimestrial	An											
			ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
Autoclavul TBT, Plusteam 6	SCM Arhanghel	4												

Serviciile de Menținere Periodică includ:

1. Menținerea compresor aer;
2. Curățarea vacuum a dispozitivului de praf și impurități;
3. Calibrare uşilor pneumatice;
4. Ajustarea troleului cu rafturi;
5. Testarea modulelor și pneumaticii, valvelor;
6. Verificarea cablurilor de tensiune înaltă;
7. Testarea scurgerilor;
8. Verificarea senzorilor de nivel;
9. Verificarea și înlocuirea valvelor de siguranță în caz de necesitate;
10. Verificarea pompei de vacuum;
11. Verificarea pompei de apă;
12. Verificarea etanșării conductelor de interconexiune;
13. Lubrifierea părților mecanice și a mecanismelor de menținere a uşilor;
14. Testarea funcționalității;
15. Depistarea defecțiunilor/pieselor defecte pentru procurare.

Health Medical Solutions SRL
ION LUNGU

Numele Prenumele administratorului

L.Ș.

Semnătura