

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1700574624615 SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: <u>Garou pneumatic digital</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Garou pneumatic digital	Garou pneumatic digital Model ATS 101	China	Hangzhou Zhengda Medical Co.Ltd	1. Presiunea maxima 650mmHg 2. Sistem de alarma incorporat 3.Timp de lucru a garoului 0-99min 4. Alimentare 220v,50Hz 5. Sa dețină buton de evacuare rapida a aerului din majeta si buton de evacuare lenta a aerului. 6. Sa dețină cablu de alimentare minim 300 cm lungime 7. In caz de pana de curent, garoul sa ramana cu presiunea stabila. 8. Sa dețină minim 4 manjete de 34 inch si 2 manjete de 44 inch. 9. Detinerea în stoc a dispozitivului cu livrarea în decurs de 24 ore, de la înregistrarea Cotractului.	1. Presiunea maxima 650mmHg- DA 2. Sistem de alarmă incorporat - DA 3.Timp de lucru a garoului 0-99min- DA 4. Alimentare 220v,50Hz - DA 5. Deține buton de evacuare rapida a aerului din majeta și buton de evacuare lenta a aerului.- DA 6.Deține cablu de alimentare 300 cm lungime - DA 7. În caz de pană de curent, garoul v-a rămâne cu presiunea stabila – DA 8.Dețină 4 manjete de 34 inch și 2 manjete de 44 inch. - DA 9. Detinerea în stoc a dispozitivului cu livrarea în decurs de 24 ore, de la înregistrarea Cotractului. - DA	Ce, ISO

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
În calitate de: Administrator
Ofertantul:"Romedcom" SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16 (of)6