

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744113254667 din 08,04,2025						
Obiectul achiziției: Achiziția durimetrului dinamic portabil						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziția durimetrului dinamic portabil	Durimetru TM TECK THL 210	China	TM TECK	<u>Conform Caietului de sarcini</u> - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore) - Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%	<u>Conform Caietului de sarcini</u> - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore) Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: str. Mesterul Manole 9/8a

