

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	93	93.Mandren intubare p/u sonde endotraheale	100/120/100	Smiths	Marea Britanie	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotungite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F. Codul Produsului:100/120/100 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

