

21020907 din 05 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice							
Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Productorul	Specificarea tehnicii deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnicii deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	
43	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renthgencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie și nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol).	CVC-2176	Germania	Germania	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renthgencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie și nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol).	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renthgencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie și nu formeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol). Codul Produsului: CVC-2176 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
88	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasure ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm Ø15mm m - 22mm m/ 15mm f	MN137	Turcia	Turcia	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasure ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm Ø15mm m - 22mm m/ 15mm f	Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasure ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cadere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm Ø15mm m - 22mm m/ 15mm f Codul Produsului:MN 137 CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
109	Masca pentru respiratie artificiala non-invasiva cu fixatoare adult	50647	SUA	SUA	Masca pentru respiratie artificiala non-invasiva cu fixatoare adult	Masca pentru respiratie artificiala non-invasiva cu fixatoare adult Codul Produsului:50647 CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
156	Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set (inclusiv ac pentru punctie, cateter radiopac, PVC-free,conductor metallic si sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistemul Combitrans)	422R042(043), MX480SP1	Germania	Germania	Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set (inclusiv ac pentru punctie, cateter radiopac, PVC-free,conductor metallic si sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistemul Combitrans)	Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set (inclusiv ac pentru punctie, cateter radiopac, PVC-free,conductor metallic si sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistemul Combitrans) Codul Produsului:422R042(043), MX480SP1 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
158	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	306114	Germania	Germania	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans Codul Produsului:306114 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
162	Set combitrans pentru monitorizare invaziva a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transducer de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinet pentru PA-roșu, pentru PVC-albastru compatibil cu monitor Nihon Cochen	MX9622	Germania	Germania	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transducer de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinet pentru PA-roșu, pentru PVC-albastru compatibil cu monitor Nihon Cochen	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transducer de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinet pentru PA-roșu, pentru PVC-albastru compatibil cu monitor Nihon Cochen Codul Produsului:MX9622 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
168	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radiopac, cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	331 208H	Germania	Germania	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radiopac, cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radiopac, cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului:331 208H Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
169	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră)	CVC-2176	Germania	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră)	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră) Codul Produsului: CVC-2176 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
170	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	CVC-3176	Germania	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului:CVC-3176 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
171	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră)	CVC-2176	Germania	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră)	Set pentru cateterizarea venei subclave, 1=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renthgencontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare moștră) Codul Produsului: CVC-2176 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnicii deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnicii deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
172	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	331 208H	Între	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului: 331 208H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
173	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrilumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secțiunea poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu furnizeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol)	334028R	Între	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrilumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secțiunea poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu furnizeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrilumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secțiunea poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu furnizeze unghiuri (e de dorit să fie din material nitinol) Codul Produsului: 334028R Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
174	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	CVC-3176	Forma	Germania	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Codul Produsului: CVC-3176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
178	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, tracheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, tracheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerică, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, tracheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	CEE, ISO
179	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradare numerică pentru controlul adfincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotracheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradare numerică pentru controlul adfincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotracheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradare numerică pentru controlul adfincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capăt atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, endotracheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm, Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a câte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
188	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex)	100/120/200	Smiths	Marea Britanie	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex)	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex) Codul Produsului: 100/120/200 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
189	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex)	100/120/200	Smiths	Marea Britanie	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex)	Stilet maleabil pentru intubarea endotracheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite introducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polietilenol de densitate mare (tip Portex) Codul Produsului: 100/120/200 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
223	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	100/189/080	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic Codul Produsului:100/189/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
224	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	100/189/085	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic Codul Produsului:100/189/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
225	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	100/189/090	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic Codul Produsului: 100/189/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
226	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/060	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N6,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/060 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
227	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/070	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,0, din material termoplastic 6,70 cu tub-orificiu pentru aspirație	Sub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/070 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
228	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/075	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/075 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
229	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/080	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/080 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
230	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/085	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/085 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
231	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație	100/110/090	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9,0, din material termoplastic 6,0 cu tub-orificiu pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9,0, din material termoplastic cu tub-orificiu pentru aspirație Codul Produsului: 100/110/090 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
232	Tub de intubare oroetraheală N6	100/150/060	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroetraheală N6	Tub de intubare oroetraheală N6 Codul Produsului: 100/150/060 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
233	Tub de intubare oroetraheală N7	100/150/070	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroetraheală N7	Tub de intubare oroetraheală N7 Codul Produsului: 100/150/070 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
234	Tub de intubare oroetraheală N7,5	100/150/075	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroetraheală N7,5	Tub de intubare oroetraheală N7,5 Codul Produsului: 100/150/075 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
235	Tub de intubare oroetraheală N8	100/150/080	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroetraheală N8	Tub de intubare oroetraheală N8 Codul Produsului: 100/150/080 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
236	Tub de intubare oroetraheală N8,5	100/150/085	Smiths	Marea Britanie	Tub de intubare oroetraheală N8,5	Tub de intubare oroetraheală N8,5 Codul Produsului: 100/150/085 CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
253	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8	100/518/080	Smiths	Marea Britanie	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
254	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5	100/518/085	Smiths	Marea Britanie	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5 Codul Produsului: 100/518/085 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
255	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	100/518/090	Smiths	Marea Britanie	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9,0	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 Codul Produsului: 100/518/090 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL



S.R.L.

Numele, Prenumele: Budurin Igor

În calitate de: director

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7