

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Raional Rezina

Numărul achiziției comerciale: 21069153, ocds-b3wdp1-MD-1670486359999							Data: 19.12.2022	Alternativa n
Denumirea obiectului achiziției: reactivi, calibratori și materiale de control necesare LDC SR Rezina pentru a. 2023							Lot:	pag. 1 din 1
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul 4 Reactive pentru analizatorul hematologic PCE 210 produs Erma. Japonia

1	33600000-6	Soluție de deluent	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Vas 20 litre CE marca. Cerințe obligatorii – Reagenții să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, specific pentru acesta analizator , reagenții să corespundă ambalajului solicitat Reacenții să fie ambalat la Analizatorul hematologic PCE 210. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător, nu mai mic de 12 luni. Să fie asigurată deservirea tehnică utilajului dat, pe perioada de utilizare a reactivilor . Pentru analizatorul PCE 210, firma câștigătoare să prezinte cetificate de la producător privind pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică, emis de compania producătoare.	Soluție pentru diluare, amb. 20L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33600000-6	Soluție de spălare	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Vas 5 litre, CE marca	Soluție pentru spălare, amb. 5L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Soluție de delizare	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Vas 1000 ml, CE marca	Soluție pentru lizare, amb. 1000ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Control hematologic cu 3 nivele pentru PCE 210	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Set 3 fl x 2,5 ml lichid stabil gata pentru folosire, să fie livrat în ambalaj securizat de producător	Set de control hematologic cu 3 nivele (Low, Normal, High), set 3fl x 2ml cu 18 parametri. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

8	33696700-2	Teste expres pentru Troponina I	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Expres teste pentru Troponina I. Ambalaj individual. Detecția până la 0,3 ng/l (ser, plasmă cu K3EDTA)	Expres teste la troponină (test cartuș) ambalat individual.	ISO, CE.
12	33696700-2	D-Dimeri	D-Dimer-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	D Dimeri. Reagenți pentru efectuarea metodei Latex	D-Dimeri metoda LATEX.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**