

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1637056522302 din 30.11.2021							
Obiectul de achiziție: Reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 3. Reactivi pentru investigații coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis)</b>							
33600000-6	Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3	735	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl <sub>2</sub>	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl <sub>2</sub>	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Calibrator universal	773	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus	A0501-020+Bufer	Germania	TECO	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Trombina (TT)	609	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Plasmă de control normal cu matrice umană	774	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Plasmă de control patologic cu matrice umană	775	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat CE; Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
<b>Lotul 9. Reagenți pentru investigații imunologice teste Latex, casete, metoda manuală.</b>							

33600000-6	Troponine I	CG2001	China	Getein Biotech	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni.</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Helicobacter pylori Antigen în masele fecale	71020	SUA	LumiQuick	<p>În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 99% și specificitate <math>\geq 98,1\%</math>.1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele in timpul testării să fie la același nivel.</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 94% și specificitate <math>\geq 96,7\%</math>.1. Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele in timpul testării va fi la același nivel.</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic	8.00.11.0.0100	Jordan	Atlas Medical	<p>Latex test.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Latex test.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO

33600000-6	HBsAg	71004	SUA	LumiQuick	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO</p>
33600000-6	Anti HCV	71030	SUA	LumiQuick	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Casetă ambalată individual.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO</p>
<b>Lotul 11. Reagenți pentru investigații imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală.</b>							
33600000-6	Antistreptolizina O (ASO)	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO</p>

33600000-6	Proteina C reactivă (CRP)	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
33600000-6	Factorul Reumatoid (RF)	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%.</p> <p>1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația &gt;30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%.</p> <p>1.Vom prezenta certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni</p> <p>2. La cerere vom prezenta mostre pentru testare. Vom asigura prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	Declaratia de Conformitate CE; Certificat ISO
<b>Lotul 13. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei.</b>							
33600000-6	Acetonă în urină, bandeletă	1K	SUA	ACON	în set de 100 unit	în set de 100 unit	Certificat CE; ISO
33600000-6	Bandelete p/u analiza urinei: glucoză, proteină, pH, greutate specifică	4S	SUA	ACON	în set de 100 unit, CE	în set de 100 unit, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	Bandelete p/u analiza urinei „Combi 11+”	11A	SUA	ACON	1)bilirubină, 2)urobilinogen, 3)acetona, 4)ac. ascorbinic, 5)glucoză, 6)proteină, 7)sânge, 8)pH, 9)nitriți, 10)Le, 11)gr. specifică - compatibile cu analizorul „Doc Ureader”, CE , 100 unit.	1)bilirubină, 2)urobilinogen, 3)acetona, 4)ac. ascorbinic, 5)glucoză, 6)proteină, 7)sânge, 8)pH, 9)nitriți, 10)Le, 11)gr. specifică - compatibile cu analizorul „Mission”, CE , 100 unit.	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 14.</b> Pipetă serologică	323205	Italia	Syntesys	1,0 ml, sterilă, ambalată individual, CE	1,0 ml, sterilă, ambalată individual, CE	Certificat CE; ISO

33600000-6	<b>Lotul 16.</b> Lamă sticlă,	371115	Italia	Syntesys	sticlă, lungimea 75mm, grosimea - 2mm, lățimea - 25 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	sticlă, lungimea 76mm, grosimea - 1-1,2mm, lățimea - 26 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 17.</b> Eprubetă, 10 ml	318012+318070	Italia	Syntesys	conică din polipropilen cu capac, CE	conică din polipropilen cu capac, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 24.</b> Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2,5 ml	318540	Italia	Syntesys	cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE	cu etichetă, capac, 50 unit în stativ, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 25.</b> Eprubetă cu heparină, volum de sînge 8-10 ml	318650	Italia	Syntesys	cu etichetă , capac , 50 unități în stativ , CE	cu etichetă , capac , 50 unități în stativ , CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 26.</b> Container pentru urină, volum 200 ml	331193	Italia	Syntesys	din polipropilen cu capac filetat, CE	din polipropilen cu capac filetat, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 28.</b> Container 25 ml, pentru mase fecale	313115	Italia	Syntesys	din propilen, capac filetat cu lopățică, etichetă, CE	din propilen, capac filetat cu lopățică, etichetă, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 29.</b> Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl,	318260	Italia	Syntesys	din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălțime joasă și uniformă, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producător cîte 1000 buc , CE	din polipropilen, autoclavabil, cu nervurile externe de înălțime joasă și uniformă, pentru pipetă automată, ambalate de la producător cîte 1000 buc , CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 30.</b> Vîrf albastru tip Gilson, volum 200-1000mkl,	318172	Italia	Syntesys	din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE	din polipropilen, autoclavabil, pentru pipetă automată, ambalate cîte 1000 buc , CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 33.</b> Container (culoare galbenă), volum 0,5 L	DISPO0.5	Italia	Syntesys	pentru păstrare în siguranță, din polipropilen, capac, sigla pericol biologic, CE	pentru păstrare în siguranță, din polipropilen, capac, sigla pericol biologic, CE	Certificat CE; ISO
33600000-6	<b>Lotul 42.</b> Indicator de sterilizare, ИКВС-180/60	XimTest	Federația Rusă	Marker	autoadezive, registru de evidență a sterilizării , amb.1000 unit, registru	autoadezive, registru de evidență a sterilizării , amb.1000 unit, registru	Certificat de calitate

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9