

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1784094390135								
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente medicale								
Autoritatea contractantă: IMSP SR Ungleni								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.1	3310000-1	Noptiera de spital	CEY02	Turcia	MEDICAL 2000	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. •Cadrl principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, minim 2 cu frână, diametrul ≥75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. - Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . - Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicat justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. da •Cadrl principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, 2 cu frână, diametrul 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală (latimea totala): 59 cm •Adâncime totală: 44 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgârie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. da •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. da •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție 24 luni. - Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție : 24 luni . - Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicat justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	ISO,CE, Declaratia de conformitate

Numele, Prenumele Stela POTINGA	În calitate de: Administrator
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova	