



"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chişinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Corina Cebuc Telefonul de contact 022-55-96-46E-mail centrulmamei@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1660646226311 din 25.08.2022

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	33100000-1	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent	GT017-100B	China	Greetmed	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic	Diametru CH 14, lungime: 50 cm , material: PVC , transparent cu linie XRO , marcare in cm, atraumatic	ISO, CE Marca
1,2	33100000-1	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent	GT017-100B	China	Greetmed	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Diametru CH 14, lungime: 50 cm , material: PVC , transparent cu linie XRO , marcare in cm, atraumatic, cu supapă	ISO, CE Marca
1,3	33100000-1	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC	2002-16	Egipt	Ultramed	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7.	Cateter de aspiratie, varf atraumatic, 520mm, conector aspirator cu supapa, linie XRo, PVC, steril, FR16	ISO, CE Marca
1,4	33100000-1	Cateter de aspirație CH 181.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent	2002-18	Egipt	Ultramed	Cateter de aspirație CH 181.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Cateter de aspiratie, varf atraumatic, 520mm, conector aspirator cu supapa, linie XRo, PVC, steril, FR18	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,1	33100000-1	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material:	buc	35	2.5300	3.0360	88.55	106.26	10 zile la solicitare
1,2	33100000-1	Cateter de aspirație CH 141.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material:	buc	400	2.5300	3.0360	1 012.00	1 214.40	10 zile la solicitare
1,3	33100000-1	Cateter de aspirație CH 16, cu supapă1.diametru CH 16 (Fr) 2.	buc	280	2.5300	3.0360	708.40	850.08	10 zile la solicitare
1,4	33100000-1	Cateter de aspirație CH 181.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material:	buc	200	2.5300	3.0360	506.00	607.20	10 zile la solicitare
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							2 314.95	2 777.94	

- 1 Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2 Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- 6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- 7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu