

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780642536130 / 21628652 din 12/06/2026						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 4						
Lotul nr. 4 - Mentenanță Unitate de radiografie mobila XFM AMR+IR303/A-D	XFM	Italia	ITALRAY	<p>Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 1 revizie pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; -revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; - performanța imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate.</p>	<p>Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - Da, 1 revizie pe an obligatoriu; - Da, intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -Da, verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; -Da, revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; -Da, curățarea părților componente ale echipamentului; - Da, curățarea tubului; -Da, verificarea mA și kV; - Da, verificarea timpului de scanare; - Da, performanța imaginii; - Da, auto calibrarea; - Da, lubrifierea suportului principal; - Da, controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - Da, eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - Da, curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - Da, verificarea tensiunilor de alimentare; - Da, verificarea conexiunilor electrice; - Da, verificarea cablurilor de masă; - Da, curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - Da, verificarea funcționării motoarelor; - Da, verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - Da, verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - Da, reparația componentelor, la necesitate.</p>	CE, ISO, Autoriz. Radiologică Certificat de instruire
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011