

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ ocds-b3wdp1-MD-1761917392627 / 21503791 din 31 octombrie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.30)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 6 Spirograf pentru conexiune la PC	Datospir Aira D (Code 09064)	Spania	SIBEL S.A.U.	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510; Descriere: Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul, Specificația: Tip: Pentru conexiune la PC - DA Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu - DA Parametri măsurați: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, PIF, ERV, IRV, TV, IC, FIVC, MVV, MVVind; DA (Anexa 11.2 pag.26, 62, 103); Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate - DA Transfer obligatoriu la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriure software	CE ISO AMDM Nr. DM000511951

			Te IC IRV ERV TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatoriu la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriune software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc.	DA (Anexa 11.1 pag.10); USB, Bluetooth 5.0(BR/EDR/LE); Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum: De la 0 până la 16 L; DA (Anexa 11.1 pag.24); Diapazonul de flux: De la 0 până la 16 l/s; DA (Anexa 11.1 pag.24); Eroare de volum: 2.5%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Eroare de flux: 3%; DA (Anexa 11.1 pag.24); Interfața PC: USB, Bluetooth 5.0(BR/EDR/LE); DA (Anexa 11.1 pag.10); Alimentare: Dispozitiv portabil, Acumulatori reîncărcabili la rețeaua electrică 220 V, 50 Hz (4 buc. – 2+2 rezervă), tip AAA NiMh - DA Accesorii: Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu - DA(Anexa 11.1 pag.12); PC inclus cu monitor min. 24 inch – DA (All-in-one 24”) Imprimanta A4 - DA Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare – DA (Disposable transducer with filter – 200pcs; Ref. Code: 09718) Seringă de calibrare – DA (08290 - Calibration syringe, 3 L – opțiune inclusă) Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. - DA Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc. - DA	
--	--	--	--	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova

