

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1696500981379					Data: 12.03.2023		
Denumirea licitației:		A Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea fărăi cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	1						<p>Destinație: Pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere</p> <p>Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml ±10%. Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului. Toleranță de dezechilibru aprox. 30g. Diapazon minim cu rotor - 100 ± 50 rpm. Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm. Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei. Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by. Temperatura reglabilă între - (minus) 20°C....+ (plus) 40°C. Suprafețele interioare (incinta) de inox.</p> <p>Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent. Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge. Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului. Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric. Unitatea de control integrată în panoul de comandă. Interfață RS 232 sau echivalentul acesteia pentru transmitere/transfer de date. Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifugii, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind ușor de programat cu o singură mână sau cu mânuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi, indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale.</p> <p>Posibilitate de memorare minim 10 programe. Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare. Dotată cu picioare reglabile cu roți</p> <p>Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată.</p> <p>seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric</p> <p>-protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integrat)</p> <p>-Conformă standardelor internațional IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz</p> <p>-Anul de producere: 2023-2024</p> <p>-Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autentificată de biroul de traduceri.</p> <p>-Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii în exploatare a dispozitivului</p> <p>-Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării.</p> <p>-Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării</p> <p>-Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.</p>	<p><b>A se vedea „BW12R Brochure.pdf”</b></p> <p>Destinație: Pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere - Da;</p> <p>Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu - <b>Da, NO. 3 SWING ROTOR și 24 adaptoare de plastic incluse în oferta de preț. A se vedea „BW12R Brochure.pdf” și „blood bag adapter.pdf”;</b></p> <p>Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml ±10% - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”</b></p> <p>Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului. Toleranță de dezechilibru aprox. 30g - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Diapazon minim cu rotor - 100 ± 50 rpm - Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</p> <p>Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Temperatura reglabilă între - (minus) 20°C....+ (plus) 40°C - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Suprafețele interioare (incinta) de inox - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Unitatea de control integrată în panoul de comandă - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Interfață RS 232 sau echivalentul acesteia pentru transmitere/transfer de date - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifugii, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind ușor de programat cu o singură mână sau cu mânuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi, indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Posibilitate de memorare 10 programe, <b>a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Dotată cu picioare reglabile cu roți - <b>Da, a se vedea „BW12R Brochure.pdf”;</b></p> <p>Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de ampalsare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată - <b>Da, include în oferta de preț;</b></p> <p>seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric - <b>Da, a se vedea Declarația de conformitate.</b></p> <p>-protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integrat) - <b>Da.</b></p> <p>-Conformă standardelor internațional IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz - <b>Da, a se vedea declarația de conformitate și broșura echipamentului.</b></p> <p>-Anul de producere: 2023-2024 - <b>Da;</b></p> <p>-Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autentificată de biroul de traduceri.</p> <p>-Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii în exploatare a dispozitivului</p> <p>-Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării.</p> <p>-Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării</p> <p>-Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.</p>	DOC, CE, Dispozitiv de joasă tensiune, nu se înregistrează în Registrul de stat al DM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharnomy SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4

