

ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR

București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301

CIF RO 4311980



CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LI 1005

Asociația de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Național de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizația:

SC ELECTROMAGNETICA SA

București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5

prin

Laboratorul Fotometric și Compatibilitate Electromagnetică

îndeplinește cerințele **SR EN ISO/CEI 17025:2005** și este competentă să efectueze activități de **ÎNCERCĂRI**, așa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare.

Această acreditare este menținută cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociația de Acreditare din România - RENAR.

Prezentul certificat este însoțit de Anexa nr. 1 (1 pagină), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității certificatului de acreditare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditării inițiale: 04.11.2013

Data expirării acreditării: 03.11.2017

DIRECTOR GENERAL

Cristian Dorin NICHITA

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitru DINU

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 1005
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.11.2013

Laboratorul Fotometric și Compatibilitate Electromagnetică

București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5

aparținând de **SC Electromagnetica SA**

Încercări efectuate în localuri permanente

Nr. crt.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Documentul de referință
	MASURARI FOTOMETRICE		
1	Fluxul luminos	Corpuri de iluminat cu LED-uri	IES LM-79-08, pct. 9.1 ; 9.3 . LFCEM PL – 01 LFCEM PL – 02
2	Temperatura de culoare	Còrpuri de iluminat cu LED-uri	IES LM-79-08 , pct.12.1. LFCEM PL – 01
3	Determinarea distribuției intensității luminoase	Corpuri de iluminat cu LED-uri	IES LM-79-08, pct. 9.3. LFCEM PL - 02
4	Intensitate luminoasă	Corpuri de iluminat cu LED-uri	IES LM-79-08, pct. 9.3 . LFCEM PL - 02
	MASURARI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA (CEM)		
5	Măsurarea tensiunilor perturbatoare la bornele de alimentare (9 kHz...30 MHz)	Corpuri de iluminat cu LED-uri	SR EN55015:2007, pct. 8.1.1; 8.1.4; 8.2 ;8.6; 8.8; LFCEM PL - 03

Sfârșit document

DIRECTOR GENERAL
Cristian Dorin NICHITA

