

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1615382073089** din **01.04.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole parafarmaceutice conform necesitățile pentru anul 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33141100-1	40. Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	24.13000	China	Jinhua Huacheng	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	ISO, CE
33141100-1	41. Electrozi ECG (adulți) 40*40 mm cu gel	24.12050	China	BSS Medical	Electrozi ECG (adulți) 40*40 mm cu gel	Electrozi ECG (adulți) 50*55 mm cu gel	ISO, CE
33141100-1	82. Periuta de dinți	3008	China	China	Periuta de dinți	Periuta de dinți	Aviz Sanitar
33141100-1	83. Perie medicala cu burete	205-02/205-01	Turcia	Medbar	De unica folosinta. Ambalat individual. Buretile impregnate cu sol dezinfectanta povidon iodine. Peria v-a avea perisori moi din polietilen	De unica folosinta. Ambalat individual. Buretile impregnate cu sol dezinfectanta povidon iodine. Peria v-a avea perisori moi din polietilen	ISO, CE
33141100-1	92. Set senzor arterial	41.04.15000	China	SCW Medicath	Sa fie dotat cu sistem de spalare continua si rapida a liniei arteriale, chit 1 sensori + perfuzie. Transductor de presiune de unica folosinta. Robinbet tridimensional. Tubulatura de conexiune cu sistem arterial. Compatibil cu monitorul de pacient model iM12.	Sa fie dotat cu sistem de spalare continua si rapida a liniei arteriale, chit 1 sensori + perfuzie. Transductor de presiune de unica folosinta. Robinbet tridimensional. Tubulatura de conexiune cu sistem arterial. Compatibil cu monitorul de pacient model iM12.	ISO, CE
33141100-1	99. Spirometru cu 3 bile	186 1200 2	Turcia	Bicakcilar	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, pentru inspir profund. 3 camere +3 bile. Furtun de conectare si piesa bucala	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, pentru inspir profund. 3 camere +3 bile. Furtun de conectare si piesa bucala	ISO, CE
33141100-1	108. Teste BOWIE DICK	4ABD400	Turcia	Dor A Tip	Teste BOWIE DICK	Teste BOWIE DICK	ISO, CE
33141100-1	139. Tuburi silicon, diam.intern 4 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	4x6	China	Dongguan	Tuburi silicon, diam.intern 4 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	Tuburi silicon, diam.intern 4 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	ISO
33141100-1	140. Tuburi silicon, diam. Intern 5 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	5x7	China	Dongguan	Tuburi silicon, diam. Intern 5 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	Tuburi silicon, diam. Intern 5 mm. grosimea peretelui 2 mm (rulon 25 m)	ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**