

		Specificații tehnice							
Numărul licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”							
Denumirea licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1724161718585 / 21270716							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	1	Sistemul de rezecție artroscopică	Sistemul de rezecție artroscopică	Conform Anexei 1, Specificatii tehnice	Germania/ Franta	Ackermann, Lamidey Noury	Sistemul de rezecție artroscopică Descriere Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de astroscoapie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocessor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc. Parametru Specificația Troleu astroscoptic Înălțime ≥ 1400 mm Lățime ≥ 500 mm Adâncime ≥ 500 mm Polițe standard ≥ 3 Sertar ≥ 1 Roți blocabile ≥ 2 cu diametru 150mm (+/-30mm) Suport pentru cap cameră ≥ 1 Suport sau compartiment pentru cabluri da Cablu de alimentare ≥ 5 m lungime Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Monitor medical Monitor optimizat pentru aplicațiile endoscopice Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz) Diagonala display > 30 inch Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175° Suport montare pe troleu (conform producătorului) da Videoprocessor cu cap cameră Videoprocessor min. 3800x2100 min. 4K	Conform Anexei 1, Specificatii tehnice oferite	Conform Anexei 1.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1724161718585 / 21270716

Data: „___”

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”							Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3		4	5	6	7	8	9
33100 000-1	1	Sistemul de rezecție artroscopică	Sistemul de rezecție astrosopică	bucată	1	2269260,00	2723112,00	2269260,00	2723112,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total								2269260,00	2723112,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6