



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

MD – 2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
Telefon/Fax: (022) 25 07 04, e-mail: anticamera@urgenta.md

Nr.01-8/ 958 din « 18 » iunie 2020
La Cererea Ofertelor de Preț Nr.21023883 din 15.06.2020.

SRL «PHARMONY».

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă vă comunică că, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, oferta Dvs., prezentată în cadrul COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1591077673471 / 21023883 din 15.06.2020 privind achiziționarea «**Stație de purificare a apei p/u hemodializă**» a fost desemnată câștigătoare în valoare de 276 000,00 lei MD, inclusiv TVA (Anexa: Specificații tehnice și de formare a prețului).

În contextul celor relatate, conform art.32 alin.(3) lit.b) al Legii privind achizițiile publice Nr.131 din 03.07.2015, solicităm încheierea contractului de achiziționare a «Stației de purificare a apei p/u hemodializă», cu Instituția noastră.

Astfel, numărul maxim de zile pentru semnarea/ștampilarea contractului este de 5 zile.

Suplimentar menționăm faptul că în conformitate cu prevederile art.68 alin.(8),(9) al legii sus menționate, «Vânzătorul» este obligat, odată cu încheierea contractului, să prezinte «Cumpărătorului» Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul căreia va fi de 5% din valoarea contractului semnat.

Președintele grupului de lucru

Mihail Ciocanu

Anexa nr.1
la contractul nr.
din

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE FORMARE A PRETULUI

SRL «PHARMONY»

Nr. lot	Denumire lot	Modelul articolului	Parametrii	Unit	Cant	Preț f/TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător
1	1.Stație de purificare a apei p/u hemodializă	HemoRO 3000	Stație mobilă (pe suport cu roțile); Alimentare tensiune: 220V, 50Hz; Presiune de intrare apă: 1,5 - 5 bari; Program de curățare și dezinfectare (incl. bucla de permeare recirculantă); Dezinfecția termică a conturului; Volum de producere a permeatului: minim 60 l/h; Presiune de ieșire a permeatului: 2 bari; Filtru prefiltrare a apei în 3 etape (filtru 20 µm, filtru cărbune activ, filtru 5 µm); Manometru p/u presiunea de ieșire la fiecare filtru; Manual de utilizare/service în limba de stat: Standard: BS EN ISO 13959: 2015	Buc.	1	230 000,00	276 000,00	230 000,00	276 000,00	DWA, Germania
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								230 000,00	276 000,00	

Vânzător:

Director _____

Cumpărător:

Director 