

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 16.06.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 14.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____
(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de
Cardiologie "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1715084426827 din 16.06.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
23.11.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 14.06.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 16.06.2024			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete	Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete	VLFT10GEN FT10 FT Series Energy Platform	SUA	Medtronic	Platforma energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc. Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală. Canale de ieșire minim: Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri Comutator de mână - da Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da Comutator de picior monopolar - da Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W Tăiere blend ≥ 200 W Coagulare Fulguratie ≥ 120 W Coagulare Soft ≥ 120 W Spray pentru hemostaza ≥ 100 W Bipolar Tăiere pură (resecție sau vaporizare) ≥ 300 W Taiere cu coagulare (resecție sau vaporizare) ≥ 150 W Coagulare ≥ 90 W Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal", sau "Thunderbeat") Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor. Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau " Intelligent Tissue Monitoring") Aplicații chirurgicale - minim 60 de programe. Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic) Afișare separat în minim 4 cadrane Funcție de autotestare - da Indicatoare - acustic, vizual. Control volum sunet - da Funcții suplimentare: Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru si cu configurare de energie automata Recunoaștere automată a finalizarii ciclului de Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal" sau "Thunderbeat") și sunet de finalizare a ciclului Comunicare interactivă de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase Accesorii: Cablul de alimentare - 1 buc. Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc.	Platforma energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală. Canale de ieșire minim: Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri– da, PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 17 Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri– da, PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 17 Comutator de mână - da– da - Hand switch is located on each handle, Energy Catalogue 2020.pdf - page 25 Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da– da - PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 18 Comutator de picior monopolar - da– da - PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 18 Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Tăiere blend ≥ 200 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Coagulare Fulguratie ≥ 120 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Coagulare Soft ≥ 120 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Spray pentru hemostaza ≥ 100 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Bipolar Tăiere pură (resecție sau vaporizare) ≥ 300 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Taiere cu coagulare (resecție sau vaporizare) ≥ 150 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Coagulare ≥ 90 W– da - US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 4 Sigilare vase ("Ligasure") Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor. – da- PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 25 Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau " Intelligent Tissue Monitoring"- da - Accommodate various tissue types consistently and respond to the changes in tissue as the device seals. This is TissueFect™ technology that responds at 430,000X per second- US150546 FT10 Spec Guide Approved p. 1 Aplicații chirurgicale - minim 60 de programe. - – da - -120 user-configurable favorite preferences Favorites and Recents are saved according to a Group name, with the option of up to 10 different groups. Each group can store up to 6 different Favorites preferences and 6 different Recents preferences. - PT00093618 Valleylab FT10 Users Guide_en.pdf - page 58 Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic) – da, PT00093618 Valleylab FT10 Users	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM000500909

OXIVIT MED

Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

[illegible]

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Specificații de Preț

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 16.06.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete	Platformă energetică electrochirurgicală cu caracteristici complete	bucată	1	227 481.00	272 977.20	227 481.00	272 977.20	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							227 481.00	272 977.20				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 16.06.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va asigura instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- Termenul de garanție pentru echipament este nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2021-10-EEE-005
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite)

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)