

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1621494379765_din__31.05.2021_

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	Lotul 1							
1	Compresor de aer medical	EXTREME SD 30 L 2,00	Italia	NARDI	Descriere generală		Tip compresor: Staționar; Tip compresor: Fără ulei; Cu rezervor: Da; Sistem automat de oprire: La umplerea rezervorului; Volumul rezervor : 30 L ; Flux de aer livrat: = 127 l/min; Presiunea de lucru a compresorului: 8 bar; Calitate aer: Medical, cu filtre de aer; Sistem de uscare a aerului: Inclus, la punct de rouă =1,5 °C; Presiune necesară de ieșire: Interval 3-6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale; Manometre de aer: Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului; Zgomot = 64 dB Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz; Dimensiuni: Aproximativ 600 x	ISO 9001 și ISO 13485
					Tip compresor	Staționar		
					Tip compresor	Fără ulei		
					Cu rezervor	Da		
					Sistem automat de oprire	La umplerea rezervorului		
					Volumul rezervor	Minim 20 l		
					Flux de aer livrat	Minim 125 l/min		
					Presiunea de lucru a compresorului	Minim 7 bar		
					Calitate aer	Medical, cu filtre de aer		
					Sistem de uscare a aerului	Inclus, la punct de rouă maxim 3 °C		
					Presiune necesară de ieșire	Interval 3 – 6 bar, ajustabil, pentru rețeaua de gaze medicale		
					Manometre de aer	Pentru monitorizarea presiunii compresorului si a presiunii din rețeaua spitalului		
					Zgomot	Maxim 60 dB		
					Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz		
Dimensiuni	Aproximativ 600 x 600 x 1000 mm							
Documentație								
Manualul de utilizare	Română sau rusă, tipărit și în format electronic							
Manualul de service	Engleză, tipărit și în format electronic							

					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Logistică</td> </tr> <tr> <td>Transportare la adresa solicitată</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Instalare in sistemul de aer actual</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Testare</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garanție</td> </tr> <tr> <td>Perioada de garanție</td> <td>Minim 3 ani</td> </tr> <tr> <td>Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor</td> <td>Conform recomandărilor producătorului</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instruire</td> </tr> <tr> <td>Instruire pentru utilizatori</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Training pentru personal tehnic</td> <td>Da</td> </tr> </table>	Logistică		Transportare la adresa solicitată	Da	Instalare in sistemul de aer actual	Da	Testare	Da	Garanție		Perioada de garanție	Minim 3 ani	Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor	Conform recomandărilor producătorului	Instruire		Instruire pentru utilizatori	Da	Training pentru personal tehnic	Da	<p>600 x 1000 mm; Documentație: Manualul de utilizare: Română sau rusă, tipărit și în format electronic; Manualul de service : Engleză, tipărit și în format electronic Logistică Livrare; Instalare in sistemul de aer actual; Testare ; Garanție Perioada de garanție = 3 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor: Conform recomandărilor producătorului Instruire Instruire pentru utilizatori, Training pentru personal ethnic,</p>	
Logistică																											
Transportare la adresa solicitată	Da																										
Instalare in sistemul de aer actual	Da																										
Testare	Da																										
Garanție																											
Perioada de garanție	Minim 3 ani																										
Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor	Conform recomandărilor producătorului																										
Instruire																											
Instruire pentru utilizatori	Da																										
Training pentru personal tehnic	Da																										

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cobzari-Turcan Rodica** În calitate de: **Administrator Legal**

Ofertantul: **AELO GRUP „S.R.L”** Adresa: **Republica Moldova, Petru Movilă 23/5, of 3**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1621494379765](#) din 31.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț (fără TVA)	Preț (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
	Lotul 1							
1	Compresor de aer medical	buc	1	72 500,00	87 000,00	72 500,00	87 000,00	în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: „AELO GRUP „S.R.L

Adresa: Republica Moldova, Petru Movilă 23/5, of 3