

la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1637681843608 din 06.01.2022						
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2022”						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h	POC 8100 med+LV500 Oxygen+GA 15 FF-8.5 TM500+LV500+TWD+ DD45+PD45+QDT 45+O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silberman	GERMANIA+ BELGIA+ ISRAEL	INMATEC+ ATLAS COPCO+ SILBERMANN	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h 1. Stație de producere a oxigenului medical I.buc. Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorption (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93% Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 10 mc/ora Alimentarea electrică 220 V / 50 Hz Presiune de intrare aer comprimat ≥ (mai mare sau egal) 5 bar	A se vedea anexa nr.1	CE / ISO
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 16 mc/h	POC 8300 med+LV1000 Oxygen+GA 26 FF-8.5+LV1000+DD75+ PD75+QDT 95+O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silberman	GERMANIA+ BELGIA+ ISRAEL	INMATEC+ ATLAS COPCO+ SILBERMANN	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 16 mc/h 1. Stație de producere a oxigenului medical I.buc. Sa se indice modelul stație de oxigen oferit modelul oferit Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorption (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93% Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 16 mc/ora	A se vedea anexa nr.2	CE / ISO
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24 mc/h	POC 8400 med+LV1000 Oxygen+GA 37 FF-8.5+LV1000+ DD110+PD110+ QDT 125+O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silberman	GERMANIA+ BELGIA+ ISRAEL	INMATEC+ ATLAS COPCO+ SILBERMANN	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24 mc/h 1. Stație de producere a oxigenului medical I.buc. Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorption (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93% Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 24 mc/ora	A se vedea anexa nr.3	CE / ISO
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 30 mc/h	POC 8500 med+LV2000 Oxygen+GA 45 FF-8.5+LV2000+DD145+PD145+QDT 150O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silberman	GERMANIA+ BELGIA+ ISRAEL	INMATEC+ ATLAS COPCO+ SILBERMANN	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 30 mc/h 1. Stație de producere a oxigenului medical I.buc. Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorption (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93% Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 30 mc/ora Alimentarea electrică 220 V / 50 Hz	A se vedea anexa nr.4	CE / ISO
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34 mc/h	POC 8500 med+LV2000 Oxygen+GA 45+ FF-8.5+LV2000+DD145+PD145+PD145+O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silberman	GERMANIA+ BELGIA+ ISRAEL	INMATEC+ ATLAS COPCO+ SILBERMANN	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34 mc/h 1. Stație de producere a oxigenului medical I.buc. Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorption (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93% Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 34 mc/ora Alimentarea electrică 220 V / 50 Hz	A se vedea anexa nr.5	CE/ ISO
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan
În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6