



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ **ИМ-7.100258/1808**

Настоящее удостоверение выдано

**ООО МиниМед, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Масло иммерсионное: набор реагентов "Масло иммерсионное", ТУ 9398-011-29508133-2009**

Тип: изделия медицинского назначения

Изготовитель: **ООО МиниМед, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

**В соответствии с инструкцией по использованию**

Регистрационный номер: **Мн-7.117015/7.002-1803**


Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинского назначения.

Дата государственной регистрации:  
**30.08.2018 г.**

Действительно до:  
**30.08.2023 г.**

Заместитель Министра



  
В.Д. Шило

Ходас ОС

№ 0026050



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 августа 2015 года № ФСР 2008/03361

На медицинское изделие  
СОЭ-метр ПР-3 по ТУ 9443-009-52876351-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"  
(ООО "МиниМед"), Россия,  
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель  
Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"  
(ООО "МиниМед"), Россия,  
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия  
242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 1

Номер регистрационного досье № РД-8057/35356 от 30.07.2015

Вид медицинского изделия 176420

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4310

приказом Росздравнадзора от 19 августа 2015 года № 5830  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0013778



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/11306

от 15 июля 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано  
ООО "МиниМед",  
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,  
г. Брянск, село Супонево, ул. Шоссейная, д. 17, корп. А

и подтверждает, что изделие медицинского назначения  
Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р)  
по ТУ 9398-003-29508133-2011

производства  
ООО "МиниМед",  
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,  
г. Брянск, село Супонево, ул. Шоссейная, д. 17, корп. А

класс потенциального риска 3

ОКП 93 9816

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 18878 от 24.05.2011


приказом Росздравнадзора от 15 июля 2011 года № 4256-Пр/11

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития



КОПИЯ  
БЕРНА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/11336

от 15 июля 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано  
ООО "МиниМед",  
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,  
г. Брянск, село Супонево, ул. Шосейная, д.17, корп. А

и подтверждает, что изделие медицинского назначения  
Краситель - фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду  
(МиниМед-М-Г) по ТУ 9398-004-29508133-2011

производства  
ООО "МиниМед",  
Россия, 241520, Брянская область, Брянский район,  
г. Брянск, село Супонево, ул. Шосейная, д.17, корп. А

класс потенциального риска 3

ОКП 93 9816


соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 18884 от 24.05.2011

приказом Росздравнадзора от 15 июля 2011 года № 4261-Пр/11

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития





241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4  
 Т/ф (4832) 41-63-56, 41-67-02, 92-96-94, 92-97-03,  
 E.m.: info@minimed.debryansk.ru www.minimed.ru

Р/с 40702810308000100320 Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск  
 К/с 30101810400000000601 ИНН 3234007127 БИК 041501601  
 КПП 320701001 ОКПО 29508133

ПАСПОРТ №

**Фиксатор – краситель эозин метиленовый синий по  
 Май-Грюнвальду**

Серия № \_\_\_\_\_

Дата изгот. \_\_\_\_\_

Срок годности 1 год

Испытания проведены по ТУ 9398-004-29508133-6

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Сиропобразная жидкость темно-синего цвета	соответствует
2. Время фиксации мазка, мин.	2-3 мин.	соответствует
3. Время наступления окраски мазка, не более	15 мин.	соответствует
4. Плотность при 20° С, г/л	0,795-0,85	
5. Окраска форменных элементов крови	Исп. по п.3,5,2,2 настоящих ТУ	

Заключение: качество продукта соответствует ТУ

Начальник ОТК



**КОПИЯ  
 ВЕРНА**