

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1623402250808
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale, Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021

Data: „24” iulie 2021
 Lot:

Alternativa nr.: _____
 Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
331000 0-1	74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	AKR250L	Turcia	AKAR MAKINA SAN. VE TIC. A.S.	*Autoclav cu o capacitate mai mare sau egală cu 200 litri cu mărunțitor încorporat. Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase (plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi). Construcția interioară, camera de sterilizare, camera, generatorul din oțel inoxidabil AISI 316L. Construcția Exterioră, carcasa, partiile laterale din oțel inoxidabil AISI 304 Deconectare automată la nivel scăzut de apă, securitate la supraîncălzire, supra presiune. Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator Încălzitoare interne cu control separat și siguranță în caz de scurt-circuit Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru Ușa rămâne blocată pînă la scăderea sfîrșitului procesului de sterilizare Alarme acustică, vizuală Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare Regimuri de sterilizare prestate ≥ 3 programe Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni Limbaajul interfeței și meniului român sau rusă sau engleză Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal Suprafața exterioră să nu se încălzească Împresantă termică Monitorizarea și afișarea procesului pe ecran LCD / LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare Eliberare automată a vaporilor În set obligatoriu cosuri pentru încărcarea deșeurilor autoclavate. Precizie timp de autoclavare ± 1 min. Gama de temperatură: 121 -134 grade C Precizie temperatură ± 1°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare Durata de garanție minim 24 luni din momentul semnării actului de predare primire și punerea în funcțiune. Instalarea și punerea în funcțiune se va face de către inginerii autorizați ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajații spitalului Tehnologia de rotație a cuțitelor elimină posibilitatea de blocare/înfrîșurare a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci cînd se blochează. Alimentare 380V, 50 Hz Consumabile și accesorii HEPA filtru 2 buc. Hirtie împresantă 30 buc. *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat /extras de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale semnate electronic. *Pentru dispozitive medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	*Autoclav cu o capacitate egală cu 250 litri cu mărunțitor încorporat. Sterilizarea și mărunțirea deșeurilor medicale periculoase (plastic, sticlă, cauciuc, textile, seringi). DA Construcția interioară, camera de sterilizare, camera, generatorul din oțel inoxidabil AISI 316L. DA Construcția Exterioră, carcasa, partiile laterale din oțel inoxidabil AISI 304 DA Deconectare automată la nivel scăzut de apă, securitate la supraîncălzire, supra presiune. DA Ușa este proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului DA Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern DA Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator DA Încălzitoare interne cu control separat și siguranță în caz de scurt-circuit DA Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat DA Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj DA Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru DA Ușa rămâne blocată pînă la scăderea sfîrșitului procesului de sterilizare DA Alarme acustică, vizuală DA Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare DA Regimuri de sterilizare prestate ≥ 3 programe DA Dispozitivul este echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de defecțiuni DA Limbaajul interfeței și meniului român sau rusă sau engleză DA Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit DA Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal DA Suprafața exterioră să nu se încălzească DA Împresantă termică DA Monitorizarea și afișarea procesului pe ecran LCD / LED DA Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare DA Eliberare automată a vaporilor DA În set obligatoriu cosuri pentru încărcarea deșeurilor autoclavate. DA Precizie timp de autoclavare ± 1 min. DA Gama de temperatură: 121 -134 grade C DA Precizie temperatură ± 1°C DA Autoclavul va fi conectat la conductele de apă și canalizare DA Durata de garanție minim 24 luni din momentul semnării actului de predare primire și punerea în funcțiune. DA Instalarea și punerea în funcțiune se va face de către inginerii autorizați ai furnizorului + training obligatoriu pentru angajații spitalului DA Tehnologia de rotație a cuțitelor elimină posibilitatea de blocare/înfrîșurare a deșeurilor textile. Conectarea automată a rotației inverse atunci cînd se blochează. DA Alimentare 380V, 50 Hz DA Consumabile și accesorii DA HEPA filtru 2 buc. DA Hirtie împresantă 30 buc. DA a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE DA b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). DA Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participanului. DA *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. DA	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Savca Octavian
 În calitate de: Director General
 Ofertantul: Vipromed Service SRL
 Adresa: mun.Chișinău, str. Andrei Doga 45/2