

Specificații tehnice

| Cod CPV | | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Cantitatea | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină oferită | Inregistrarea în Registrul de Stat al RM |
|-----------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Numărul licitației: 21262111 | | | | | | | | |
| | | Denumirea licitației: | | | | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru | | | | Pagina: __ din __ |
| 3310000-1 | | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | Multix Impact | 1 | Siemens | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) Cod Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap până la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic obligatoriu Tip masă Tip Piedestal Suport electric obligatoriu Mișcarea mesei Longitudinală, cm $\geq \pm 50$ Laterală, cm $\geq \pm 12$ Verticală, motorizat obligatoriu Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al Greutatea maximă a pacientului ≥ 200 kg, în mișcare Suportul mesei Piedestal Sistem de control electromagnetic Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm minimum 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) minim 3 câmpuri Raportul grilei $\geq 10:1$ Sincronizare automata cu tubul radiologic obligatoriu Deplasarea longitudinală, cm ≥ 35 cm BUCKY vertical Dimensiunea, cm $\geq 43 \times 43$ Controlul automat al expunerii (AEC) obligatoriu Raportul grilei $\geq 10:1$ Mărimea casetei $\geq 43 \times 43$ | Conform Specificației tehnice Nr.1 | DM000371183 |
| 3310000-1 | | 2 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variantă ajustată) | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variantă ajustată) | Acuson Redwood | 1 | Siemens | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variantă ajustată) Cod APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥ 192 Convex 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥ 192 Tehnologie: Matricială/XD Clear/ Syngle Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) numar de elemente ≥ 192 Volum 3D de tip convexă 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică) Elemente fizice: ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale $\geq 4\ 500\ 000 / 500$ (canale fizice) GAMA DINAMICĂ ≥ 300 dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da 2-D/B-Mode da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spatiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da | Conform Specificației tehnice Nr.2 | DM000534866 |

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr. 21262111

Data: „16”
septembrie 2024

Alternativa nr.: _____

Pagina: __ din __

| | |
|------------------------------|--|
| Denumirea licitației: | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru |
|------------------------------|--|

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă |
|-----------------------|---------|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 33100 000-1 | 1 | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază (variantă ajustată) | bucată | 1 | 1814000,00 | 2176800,00 | 1814000,00 | 2176800,00 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1 800 000 |
| 33100 000-1 | 2 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variată ajustată) | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă (variată ajustată) | bucată | 1 | 1248478,00 | 1498173,6 | 1248478,00 | 1498173,60 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2 100 000 |
| Suma totala in LEI MD | | | | | | | | 3062478,00 | 3674973,60 | | |