

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1660638948900 din 29.08.2022
Obiectul achiziției: utilaj pentru laborator

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38424000-0	1	Baie de apă volumul 5-10 litri	JDD002	Auxilab/Nahita	Spania	Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C	Capacitate: 6 L (cameră dintr-o singură bucată) Selecția digitală a temperaturii/timpului Tastatură cu membrană închisă ermetic Interval T: RT+5°C - 100°C (+/-1°C) Rezoluție: 0,1°C Cronometru: 1' - 9999' Semnalul acustic indică supraîncălzire: > 5°C Dimensiuni utile aprox.: 30,5x16x13 cm Capac și inele reductoare incluse (detașabile) Nr. găuri: 2 Pompa electrica de golire Alimentare: 220V / 50-60Hz	ISO:CE
	2	Baie de apă diametrul 130 mm	JDD004	Auxilab/Nahita	Spania	6 locuri; termoreglabilă, din inox (20-100 0C); cu diametrul 130 mm celulă/ochi	Capacitate: 18 L (cameră dintr-o singură bucată) Selecția digitală a temperaturii/timpului Tastatură cu membrană închisă ermetic Interval T: RT+5°C - 100°C (+/-1°C) Rezoluție: 0,1°C Cronometru: 1' - 9999' Semnalul acustic indică supraîncălzire: > 5°C Dimensiuni utile aprox.: 47x30,5x13 cm Capac și inele reductoare incluse (detașabile) Nr. găuri: 6 Pompa electrica de golire Alimentare: 220V / 50-60Hz	ISO:CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5