

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1635779759175					Data: 29.12.2021		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)					Lot: _____		Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4.00	5	6	7	8
33100 000-1	14	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2	Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea 36 g/m2 ±2	Federația Rusă	HBC Navtex LLC	<p>Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime 90cm ± 1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil <p>densitatea în urzeală și bățatură pe 10cm - min 114 fire - certificat prin raporte de testări emise de un organism acreditat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere în urzeală nu mai mică de 60N și în bățatură nu mai mică de 50N - Certificat prin raporte de testări emise de un organism acreditat; - fabricat conform standardului SM SR EN 14079 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea certificatelor sau rapoartelor de testare emise de autorități abilitate (altele decât producătorul) care să demonstreze calitatea produselor. <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)</p> <p>Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională), cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.</p> <p>*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de către producător, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul Specificații Tehnice"</p>	<p>Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea 35,4 g/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățime 90cm ± 1.5cm - densitate 35,4 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie(timpul de scufundare) este 1 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - densitatea (numărul de fire pe urzeală și pe bățatură pe 10cm a) pe urzeală-127; b) pe bățatură-61 - rezistența la rupere în urzeală de 91,2 N și în bățatură de 50N. - fabricat conform standardului SM SR EN 14079 . <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.</p> <p>Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN . Cod de catalog 6498 (pagina nr.6 din catalogul producătorului).</p>	Rapoarte de încercări "LabTest Airin " SRL nr.526-21 din 15.12.2021, nr.526/1-21 din 20.12.2021

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ștefan Harea În calitate de: Director general

Ofertantul: SA SANFARM-PRIM Adresa: str.Grenoble 149 A

