

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”.

Numărul achiziției comerciale: 21038617, ocds-b3wdp1-MD-1618572137403.							Data: 29.04.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Echipamente de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES.							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
3	38300000-8	Lot 3. Spectrofotometru UV-VIS.	SP-8001	China	Metertech	220 V, 50 Hz. Diapazon lungimi de undă: 190-1100 nm. Pasul lungimii de undă: ≤1nm. Precizia lungimii de undă: < ± 0.5nm. Interval măsurare absorbantă -0,2÷3 unități A. Banda spectrală variabilă: 1, 2, 5nm. Reproducibilitate fotometrică: ≤0,002 A. Zgomot optic- ≤0,001 A (VIS, 30 min). Viteză de scanare variabilă. Înregistrare automată a spectrelor de absorbție. Compartiment probe cu min. 5-6 poziții, schimbare automată. Porturi RS 232, USB. Cablu comunicare cu PC. Suport pentru cuvele optice: 1-50mm. Soft pentru analize calitative și cantitative-Fotometrice, Spectrofotometrice, Cinetice, Concentrații. Corespondență perfectă a absorbțiilor la schimbarea automată a filtrelor în intervalul spectral. Certificat de conformitate.	Spectrofotometru UV-VIS (specificațiile tehnice se anexează).	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 29.04.2021

Valabilitatea ofertei - 45 zile.