

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1769424966543 / 21555995 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii				Conform Anunțului de participare pct. 16.		
Lotul nr. 13 - Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale)						
<u>13.1</u> Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3 Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021)	Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3 Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021)	Belgia + Germania	Atlas Copco + INMATEC GASETEC HNOLOGIE GMBH & CO.KG	13.1 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3.Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021). Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curatarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea	Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.3.Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco; Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC (2021). Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curatarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate. Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate. Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea	

				tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. <u>Numărul de vizite per an – 4.</u>	tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate. <u>Numărul de vizite per an – 4.</u>	
13.2 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.2 Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020)	Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale) Generator O2 nr.2 Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco; Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020)	Belgia + Germania	Atlas Copco + INMATEC GASETEC HNOLOGIE GMBH & CO.KG	13.2 Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale).Generator O2 nr.2.Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco;Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020). Compresor: ZT 55, Atlas Copco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curatarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program.	Sisteme de livrare a gazelor medicale (Stație de producere a oxigenului, compresoare medicale).Generator O2 nr.2.Compresor: ZT 55, Atlas Copco; Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco;Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC (2020). Compresor: ZT 55, Atlas Copco: Schimbare ulei. Schimbare filtru ulei. Schimbare filtru aer. Curatarea radiatoarelor de răcire (demontare/montare și spălare). Schimbare kituri de mentenanță (la necesitate). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate. Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco: Demontare și montare filtre de linie noi. Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate.. Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC: Schimbare filtru (la necesitate); Schimbare microfiltru (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. Verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program, conform declarației atașate.. <u>Numărul de vizite per an – 4.</u>	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: "Romedcom" SRL
 Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16 (of)6