

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul procedurii de achiziție: 21093422, ocds-b3wdp1-MD-1695278281999							Data: 23.10.2023	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024							Lot:	pag. 1 din 1
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
21	33100000-1	Test rapid de determinare a Proteinei C Reactive	CRP-Cart-DAC / 4270CRP1	Moldova	Dac-SpectroMed	Test rapid pentru detectarea PCR Test rapid pentru detectarea proteinei C reactive. Testul este imunocromatografic rapid pentru detectarea semi-cantitativă a proteinei C-Reactive în probele de sânge integral.	Test imunocromatografic rapid pentru detectarea semi-cantitativă a proteinei C-Reactive în probele de sânge integral. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000381695, catalog pag. 15, instrucțiune de utilizare.	ISO, CE.
23	33100000-1	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific)	RPR-CARBON-DAC / 1040R200D	Moldova	Dac-SpectroMed	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 86.0% Specificitatea ≥ 98.0%	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific), N100. Componenta setului (în instrucțiune de utilizare): 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ. 4. Control pozitiv. Sensibilitatea 100% - instrucțiune de utilizare, Specificitatea 100% - instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000323331, catalog pag. 8.	ISO, CE.
26	33100000-1	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare	TPHA-DAC / 1044T100	Moldova	Dac-SpectroMed	Test TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor antitreponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100. Componenta setului (în instrucțiune de utilizare): 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ. Sensibilitatea 100% - instrucțiune de utilizare, Specificitatea 100% - instrucțiune de utilizare. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000302450, catalog pag. 8.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**În calitate de: **Director**Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1****Data: 23.10.2023****Valabilitatea ofertei - 160 zile.**