

Specificații de preț (F 4.2)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108		
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 19	

Perioada depunerii ofertei:

22 martie 2019 - 17 aprilie 2019, 11:00

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	U.M.	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasif. Buget.
19 Pensă Schultz (autor)									
19.1	Pensă Schultz (autor)	Bucată	10	770,00	924,00	7.700,00	9.240,00	30 zile	
19.2	Pensă AO maleolare	Bucată	8	550,00	660,00	4.400,00	5.280,00	30 zile	
19.3	Chei p/u lacati la ap.de fixare externa	Pereche	2	150,00	180,00	300,00	360,00	30 zile	
19.4	Cleste(taetor)p/u brose	Bucată	12	1.500,00	1.800,00	18.000,00	21.600,00	30 zile	
19.5	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatori	Bucată	4	31.500,00	37.800,00	126.000,00	151.200,00	30 zile	
19.6	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu	Bucată	4	540,00	648,00	2.160,00	2.592,00	30 zile	
19.7	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	Bucată	6	550,00	660,00	3.300,00	3.960,00	30 zile	
19.8	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm;	Bucată	20	80,00	96,00	1.600,00	1.920,00	30 zile	
19.9	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm.	Bucată	20	80,00	96,00	1.600,00	1.920,00	30 zile	
19.10	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat	Bucată	6	345,00	414,00	2.070,00	2.484,00	30 zile	
19.11	Burghiu l-200-250mm., la diametru 4,5mm.	Bucată	2	115,00	138,00	230,00	276,00	30 zile	
19.12	Burghiu canulat l-300mm la diam. 4,5mm.	Bucată	2	345,00	414,00	690,00	828,00	30 zile	
19.13	Șurubelniță hexagonală D. 2,0mm	Bucată	2	220,00	264,00	440,00	528,00	30 zile	
19.14	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	Bucată	10	250,00	300,00	2.500,00	3.000,00	30 zile	
19.15	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	Bucată	15	250,00	300,00	3.750,00	4.500,00	30 zile	
19.16	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	Bucată	1	415,00	498,00	415,00	498,00	30 zile	
19.17	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	Bucată	4	415,00	498,00	1.660,00	1.992,00	30 zile	
19.18	Șurubelniță canulată hexagonală D6.5 mm	Bucată	2	485,00	582,00	970,00	1.164,00	30 zile	
Total						177.785,0	213.342,0		

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile

Iarovoi Petru, Director**FPC SOGNO S.R.L.****mun. Chișinău, str. Academiei nr.2**

Specificații tehnice (F 4.1)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 19

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19 Pensă Schultz (autor)							
19.1	Pensă Schultz (autor)	Nu se aplică	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05%. - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite. - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite. - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
					ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice). - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
19.2	Pensă AO maleolare	SCI-BHI:6	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.3	Chei p/u lacati la ap.de fixare externa	SCI:EF-124 SCI:EF-125	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.4	Cleste(taetor)p/u brose	SCI-BDWI:20	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.5	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatori	BJ 1103B	China	BOJIN	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Mașină medicală de găurit oase și introdus broșe, autoclavabilă la 134°C, în set cu 2 acumulatori, dispozitiv de încărcare și container pentru sterilizare. Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite , - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.6	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu	SCI-BHI:5 SCI-BHI:7	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.7	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	SCI-BHI...	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.8	Burghiu l-200-250mm., la diametru 2,5mm;	SCI-D-25	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.9	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,2mm.	SCI-D-32	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.10	Burghiu l-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat	SCI-K&D	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.11	Burghiu 1-200-250mm., la diametru 4,5mm.	SCI-D-45	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.12	Burghiu canulat 1-300mm la diam. 4,5mm.	SCI-LCI:8	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.13	Șurubelniță hexagonală D. 2,0mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.14	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.15	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.16	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	SCI-LCI	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.17	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	SCI-LCI:5	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Model articol	Tara origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer
19.18	Șurubelniță canulată hexagonală D6.5 mm	SCI-LCI:5	India	Shagun Cares	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:- Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE. - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice)	Toate instrumentele din lot fabricate de un producător, - Instrumentele rezistente la uzura mecanică; - Instrumentele termorezistente la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele rezistente la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, - Suprafața instrumentelor mată; - Informația înscrisă pe instrument: - Producătorul sau logo-ul producătorului, - Codul instrumentului, - Țara de origine. - Stainless (oțel inox), - Marcajul CE - Instrumentele confecționate din oțel inox, componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45%, - Cr (crom): 15,00 – 18,00%, - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%, - Ni (nichel): ≤ 1,00%, - Si (siliciu): ≤ 1,00%, - Mn (mangan): ≤ 1,00%, - P (fosfor): ≤ 0,05% - Prezentarea catalogului producătorului - la solicitare; - Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, - Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite , - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite, - Catalogul producătorului pentru produsele oferite în format electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice), - Instrucțiunea de utilizare (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la	ISO, CE

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.