

Numărul procedurii de achiziție: 21019761 din 17 februarie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru operații cardiocirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie și Terapie intensiva cardiocirurgie pentru an.2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă și aspirație supraglotică	100/189/075	Smiths	Marca Britanie	Nomenclatura solicitată 7.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației Scrisoare informativă și catalogul produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Nomenclatura solicitată 7.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codul Produsului: 100/189/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/189/080	Smiths	Marca Britanie	Nomenclatura solicitată 8.0. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației Scrisoare informativă și catalogul produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Nomenclatura solicitată 8.0. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codul Produsului: 100/189/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/189/085	Smiths	Marca Britanie	Nomenclatura solicitată 8.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Prezentarea de mostre la momentul licitației Scrisoare informativă și catalogul produsului pentru achiziționare este obligator de prezentat la licitație	Nomenclatura solicitată 8.5. Material Polivinilclorid, Termoplastic Linie radiopacă, R0-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Sonda de aspirație supraglotică Pina la 40 mmHg Presiunea admisibilă în manjetă: Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid Codul Produsului: 100/189/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7