

Specificații tehnice (F4.1)			Data: 25.02.2021					
Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1611221100463</u> din <u>25.02.2021</u>			Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,14					
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline), conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2021 (repetat)								
Co d CP	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articulului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular	Goksel	Turcia	Goksel Medikal	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (de unica folosință, steril dimensiunea 100x122 cm, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura cu dimensiunea 6x4, acoperita integral cu pelicula adezivă	CE, ISO 13485

2	Cirlige iriene (Iris retractors)	2460	India	BioTech Vision care	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril	CE, ISO 13485
3	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	MSL 27	Japonia	Mani Inc.	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lăţimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teşit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lăţimea tăietoare 0.35 mm, steril. Material - otel inoxidabil.	CE, ISO 13485,
4	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1.2 mm	MSL12	Japonia	Mani Inc.	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm, unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama - 2,0mm, lăţimea tăietoare - 0,2-0,3mm	CE, ISO 13485

5	Cuțit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm	MSL22	Japonia	Mani Inc.	Cuțit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit cu marker de 2mm. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit).	Cuțit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, (pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit cu marker de 2mm. Dual bevel. Steril. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit).	CE, ISO 13485,
6	Cuțit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	K26215HT	India	Aurolab	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit cu marker de 2mm. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cuțit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit cu marker de 2mm. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit).	CE, ISO 13485,
7	Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm	MRS 55	Japonia	Mani Inc.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza în chirurgia cataractei). Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiş lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet.	Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza în chirurgia cataractei). Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiş lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet.	CE, ISO 13485,
8	Cuțit oftalmic crescent pentru chirurgia globului ocular 2.6 mm	MCU26	Japonia	Mani Inc.	Cuțit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei 2,6 mm, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit).	Cuțit oftalmic model crescent, pentru chirurgia globului ocular 2,6 mm. Cuțit satinat, angulat, cu lățimea lamei 2,6 mm, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. Material - oțel inoxidabil (aliaj- austenit).	CE, ISO 13485,

10	Hialuronat de sodiu 1% 1%	BioHyalur	India	BioTech Vision care	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1%, greutate moleculară 2.0 - 3.6 milioane daltoni, în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, aseptogenă.	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1%, greutate moleculară 2.0 - 3.6 milioane daltoni, în seringă sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterilă, aseptogenă.	CE, ISO 13485, Extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale
13	Viscoelastic 2 ml in seringa	AuroVisc 2 ml	India	Aurolab	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție oftalmică în seringă 2ml, sterilă, apirigenă, cu canula 23 G	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, soluție oftalmică în seringă 2ml, sterilă, aseptogenă, cu canula 23 G	CE, ISO 13485,
14	Viscoelastic 5 ml in flacon	AuroVisc 5 ml	India	Aurolab	sol. oft. Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică, transparentă, isotona, 5 ml. Viscositate 4500-9500 mPas. Sterilă.	sol. oft. Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică, transparentă, isotona, 5 ml. Viscositate 4500-9500 mPas. Sterilă.	CE, ISO 13485

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: Director Ofertantului: Lenses Grup SRL str. Fierarilor 2

