

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1744978708263 / 21408978 din 23.05.2025					
Denumirea procedurii de achiziție:				Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)					
Cod CPV	Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	4	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat19200348	China	DLAB Scientific Co.	"Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicari vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu"	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) (catalog pag.94-95) - Cod 150910 Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sângelui uman sau probelor de urină Specificația tehnică: Viteza de rotație : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm până la 4500 (increment 100 rpm) - Catalog pag.94 , Brosura pag.94 Setări setarea vitezei -DA Capacitatea si numărul de tuburi : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.94-95) Incrementarea ≤1 min. Capac: cu port de vizualizare incinta; -DA (Manual de utilizare -Figura 6.2 pag 6) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) -Lacat electronic Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicatori vizual și acustic -DA Debalansare -DA (MANUAL DE UTILIZARE PAG.2) Pornire/oprire -DA Capac deschis -DA Display Digital -DA Nivelul de zgomot - 56dB(A) -DA Funcție de autodiagnosticare. Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparut-Manual de utilizare punctul 11.1 pag.13	CE ,ISO Certificat de conformitate pentru echipament electronic

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Semnat
electron