

Specificații tehnice

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1725978718385					Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 22)					Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferată	Standard de referință
1	2		3	4	5	6		7	8

19	Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300	Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300	Incucell22 ECO	Cehia (Germania)	BMT (MMM)	Incubator (termostat) 20 - 35 l Cod 250300 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. " Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei diapazon 20 - 35 Litri Domeniul de temperatură, diapazon programabil $\geq (37 - 60^{\circ}\text{C})$ Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	Incubator (termostat) 22 l Cod 250300 Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. " Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei diapazon 22 Litri Domeniul de temperatură, diapazon programabil $\geq$ de la 5 la 100°C peste temperatura ambiantă Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj: LCD display Control Microprocesor "Fuzzy logic" Usa dubla Usa internă din sticlă Construcția interioară din oțel inox: DIN 1.4301 (AISI 304) Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 230 V, 50 Hz Confirmarea parametrilor în planșul anexat: Incucell	CE
----	---	---	-------------------	---------------------	-----------	---	---	----

23	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210	B-292	Italia	Optika	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 Descriere "Microscopalele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în cîmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în cîmp luminos. Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuța mecanică pentru operare cu mîna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și cîmp întunecat Diafragmă de cîmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază	Microscop binocular, cu contrast de fază Cod 250210 seria B-290 model B - 292 Descriere "Microscopalele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în cîmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în cîmp luminos - Da, pag.5, 10 catalog Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu X-LED3 - pag.6 catalog Măsuța mecanică pentru operare cu mîna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y - Da, pag.10 catalog Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver: pentru 4 obiective Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei/ apa, pag.10 catalog, plus obiectiv 20x: M-166 ; Condensor universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și cîmp întunecat: pag.5 catalog Diafragmă de cîmp pentru iluminarea Koehler - da. pag.10 catalog Tub binocular cu unghi de înclinare 30° - pag.10 catalog -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75 mm; pag.10 catalog Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) - da, pag.10 catalog Iluminare LED Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază - M1253	CE
----	--	--	-------	--------	--------	---	--	----

3 3 1 0 0 0 0 - 1	26	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	CM-6MT+rotor 6M.02 cu 24 locuri	Letonia	Elmi-Tech	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual) Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1) Maximală, rpm 3500(pliant p1) Setări setarea vitezei(pliant p1) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml,15(pliant p 2) Numărul de tuburi 24 unitati(pliant p2) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 2) Incrementarea ≤1(manual de utilizare p 2) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1) Indicatori Indicatori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2) Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 3) Capac deschis da(manual de utilizare p 3,8) Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 3) Nivelul de zgomot 50/60 dB (pliant p1) Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da(manual de utilizare p 3)	D M 0 0 0 2 2 0 4 8
---	----	---	---	------------------------------------	---------	-----------	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL, Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5