



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21599656 din 12.05.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 4</b>					
Brancarda sanitara de baza	U0105	IHC MEDIKAL A.S.	Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 Poziționare Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor $\geq 12$ grade "Antitredelenburg cu ajutorul unui amortizor" $\geq 12$ grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) opțional Nișe pentru casete x-ray opțional Reglabilă pe înălțime diapazon de $\geq 27$ cm, dintre poziția de jos și cea de sus	Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 <b>Da, „U0105”</b> Poziționare Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor $\geq 12$ grade <b>Da, minim 12 grade „U0105”</b> Antitredelenburg cu ajutorul unui amortizor" $\geq 12$ grade opțional <b>Da, minim 12 grade „U0105”</b> Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade <b>Da, 0 - 70 grade „U0105”</b> Control manual da, din ambele părți <b>Da, „U0105”</b> Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) opțional <b>Da, inclus in configuratia standart „U0105”</b> Nișe pentru casete x-ray opțional <b>Da, optional „U0105”</b> Reglabilă pe înălțime diapazon de $\geq 27$ cm, dintre poziția de jos și cea de sus <b>Da, „U0105”</b>	DM000568658

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Bare laterale, pliabile da          Roți Diametru <math>\geq 125</math> mm          Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti da          "Posibilitatea de blocare          a direcției roților " da (optional)          Material oțel vopsit electrostatic          Sarcina maximă <math>\geq 240</math> kg          Dimensiuni <math>\geq 200 \times 65</math> cm          Mîner pentru transportarea brancardei da          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă          "Să fie dotată cu rotile/bamper de          protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de          perete" da          Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat          al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar          Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al          Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Bare laterale, pliabile da <b>Da, „U0105”</b>          Roți Diametru <math>\geq 125</math> mm <b>Da, 125 mm „U0105”</b>          Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti <b>Da, blocare centrala „U0105”</b>          Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (optional)  <b>Da, Optional „U0105”</b>          Material oțel vopsit electrostatic <b>Da, „U0105”</b>          Sarcina maximă <math>\geq 240</math> kg <b>Da, 240 kg „U0105”</b>          Dimensiuni <math>\geq 200 \times 65</math> cm <b>Da, „U0105”</b>          Mîner pentru transportarea brancardei da <b>Da, „U0105”</b>          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă <b>Da, „U0105”</b>          Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru          evitarea lovirii de perete" da <b>Da, „U0105”</b>          Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al          Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale          înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b></p>	
<b>Lot 12</b>					
Pat pentru examinare mecanic, adult	U0065	IHC MEDIKAL A.S.	<p>Pat pentru examinare (mecanic) adulti          Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP          Parametru Specificație          Sectiuni <math>\geq 2</math>          Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit          Husă obligatoriu          Saltea obligatoriu          Dimensiune, cm <math>\geq 180 \times 60 \times 60</math>          Greutate pacient maxim, kg <math>\geq 180</math></p>	<p>Pat pentru examinare (mecanic) adulti          Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP          Parametru Specificație          Sectiuni <math>\geq 2</math> <b>Da, „U0065”</b>          Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit <b>Da, „U0065”</b>          Husă obligatoriu <b>Da, „U0065”</b>          Saltea obligatoriu <b>Da, „U0065”</b>          Dimensiune, cm <math>\geq 180 \times 60 \times 60</math> <b>Da, 187 X 60 X 69 cm „U0065”</b>          Greutate pacient maxim, kg <math>\geq 180</math> <b>Da, 200 KG „U0065”</b></p>	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Tetiera reglabilă          Suport rolă hartie obligatoriu          hirtie ≥ 10 buc.          Garanția dispozitivului: minim 2 ani          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Tetiera reglabilă <b>Da, „U0065”</b>          Suport rolă hartie obligatoriu <b>Da, „U0065”</b>          hirtie ≥ 10 buc. <b>Da, Inclus in oferta „U0065”</b>          Garanția dispozitivului: minim 2 ani <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b></p>	
<b>Lot 18</b>					
<p>Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic</p>	U0002	IHC MEDIKAL A.S.	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic          Cod 140391          Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare          Parametrul Specificația          Tip multifuncțional cu 5-6 poziții          Tip pacient adult          Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice          Funcționalități poziționare sedentară          poziționare Trendelenburg          poziționare anti-Trendelenburg          Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade          Anti-trendelenburg ≥ 16 grade          Poziționare CPR electric (auto-CPR)          Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu          Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm          Spătarul reglabil ≥ 70 grade          Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus          Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic          Cod 140391          Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare          Parametrul Specificația          Tip multifuncțional cu 5-6 poziții <b>Da, „U0002”</b>          Tip pacient adult <b>Da, „U0002”</b>          Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice <b>Da, „U0002”</b>          Funcționalități poziționare sedentară <b>Da, „U0002”</b>          poziționare Trendelenburg <b>Da, „U0002”</b>          poziționare anti-Trendelenburg <b>Da, „U0002”</b>          Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade <b>Da, 16 grade „U0002”</b>          Anti-trendelenburg ≥ 16 grade <b>Da, 16 grade „U0002”</b>          Poziționare CPR electric (auto-CPR) <b>Da, „U0002”</b>          Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu <b>Da, „U0002”</b>          Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm <b>Da, „U0002”</b>          Spătarul reglabil ≥ 70 grade <b>Da, 70 grade „U0002”</b>          Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus <b>Da, „U0002”</b>          Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează ≥250 kg <b>Da, „U0002”</b></p>	DM000568666

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>etichetă pe spatează <math>\geq 250</math> kg          Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, <math>\pm 2</math> cm          Rotile Diametru <math>\geq 15</math> cm          Sistem de blocare central pentru toate roțile          blocarea roților în o singură direcție          Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)          Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă          Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator          Alimentare 220 V, 50 Hz          Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit          grosimea min. 20 cm          husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit          Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit          Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul          Manual de utilizare În limba de stat          Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente          Manual tehnic sau de service În limba engleză          Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte          Garanție minim 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar</p>	<p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, <math>\pm 2</math> cm <b>Da, „U0002”</b>          Rotile Diametru <math>\geq 15</math> cm <b>Da, „U0002”</b>          Sistem de blocare central pentru toate roțile <b>Da, „U0002”</b>          blocarea roților în o singură direcție <b>Da, „U0002”</b>          Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) <b>Da, „U0002”</b>          Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă <b>Da, „U0002”</b>          Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator <b>Da, „U0002”</b>          Alimentare 220 V, 50 Hz <b>Da, „U0002”</b>          Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit          grosimea min. 20 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit <b>Da, U0018.S, 20 cm „U0002”</b>          Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit <b>Da,W1 „U0002”</b>          Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul <b>Da,W2 „U0002”</b>          Manual de utilizare În limba de stat <b>Da</b>          Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente <b>Da</b>          Manual tehnic sau de service În limba engleză <b>Da</b>          Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte <b>Da</b>          Garanție minim 24 luni <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b></p>	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.			
<b>Lot 19</b>					
Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu înclinare laterală	U0002	IHC MEDIKAL A.S.	Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg poziționare cardiacă Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cîntar încorporat da Înclinarea laterală (stînga, dreapta) minim 16°/ 16° Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu	Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu înclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții <b>Da, „U0002”</b> Tip pacient adult <b>Da, „U0002”</b> Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice <b>Da, „U0002”</b> Funcționalități poziționare sedentară <b>Da, „U0002”</b> poziționare Trendelenburg <b>Da, „U0002”</b> poziționare anti-Trendelenburg <b>Da, „U0002”</b> poziționare cardiacă <b>Da, „U0002”</b> Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade <b>Da, 16 grade „U0002”</b> Anti-trendelenburg ≥ 16 grade <b>Da, 16 grade „U0002”</b> Poziționare CPR electric (auto-CPR) <b>Da, „U0002”</b> Spătarul reglabil ≥ 70 grade <b>Da, 70 grade „U0002”</b> Cîntar încorporat da <b>Da, optiune inclusa „U0002”</b> Înclinarea laterală (stînga, dreapta) minim 16°/ 16° <b>Da, optiune inclusa in oferta „U0002”</b> Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală <b>Da, „U0002”</b> Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu <b>Da, „U0002”</b> Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg <b>Da, 250 kg „U0002”</b> Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm <b>Da, „U0002”</b> Rotile Diametru ≥ 15 cm <b>Da, 15 cm „U0002”</b>	DM000568666

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Sistem de blocare central pentru toate roțile          blocarea roților în o singură direcție          Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni          separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)          Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector          radiologic <math>\geq 35 \times 43</math> cm          Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc          sau alt material moale amortizator          Reglare părților importante în caz de lipsă de energie          electrică da, baterie inclusă          Alimentare 220 V, 50 Hz          Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu          Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului          oferit          "fabricat din spumă          poliuritanică" obligatoriu          grosimea min. 20 cm          husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit          Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice          codul produsului oferit          Manual de utilizare În limba de stat          Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni          clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția          suprafețelor și a părților componente          Manual tehnic sau de service În limba engleză          Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri          de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie          să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în          parte          Garanție minim 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de          Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar</p>	<p>A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu <b>Da, opțiune inclusă          „U0002”</b>          Sistem de blocare central pentru toate roțile <b>Da, „U0002”</b>          blocarea roților în o singură direcție <b>Da, „U0002”</b>          Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe          fiecare parte a patului (stânga, dreapta) <b>Da, „U0002”</b>          Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic <math>\geq 35 \times 43</math>          cm <b>Da, 410 X 630 mm „U0002”</b>          Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material          moale amortizator <b>Da, „U0002”</b>          Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie          inclusă <b>Da, „U0002”</b>          Alimentare 220 V, 50 Hz <b>Da, „U0002”</b>          Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu <b>Da, opțiune          inclusă „U0002”</b>          Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit <b>Da,          U0018.S,„U0002”</b>          fabricat din spumă poliuritanică obligatoriu          grosimea min. 20 cm <b>Da, 20 cm „U0002”</b>          husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit <b>Da, U0018.S          „U0002”</b>          Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului          oferit <b>Da, W1 „U0002”</b>          Manual de utilizare În limba de stat <b>Da</b>          Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline          cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente          Manual tehnic sau de service În limba engleză <b>Da</b>          Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință          sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice          pentru fiecare componentă în parte <b>Da</b>          Garanție minim 24 luni <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al</p>	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b>	
<b>Lot 21</b>					
Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	28575	Italia GIMA S.P.A.	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm <b>Da, 198x86x12.8 cm „ Datasheet”</b> Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 <b>Da, 17+1 „ Datasheet”</b> Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da <b>Da, „ Datasheet”</b> Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da <b>Da, „Pag Catalog”</b> Greutatea maximă suportată minim 140 Kg <b>Da, 150 kg „ Datasheet”</b> Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da <b>Da, „ Datasheet”</b> Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute <b>Da, 12 min „ Datasheet”</b>	DM000148046

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Debitul de aer 4-9 litri/min          Presiunea reglabila la ieşire minim 50-100 mmHg          Alimentare reţea electrică 220 V, 50 Hz da          Termenul de garanţie minim 2 ani echivalent la 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da <b>Da, Datasheet</b>”          Nivel de zgomot redus da <b>Da, 12 min „Datasheet”</b>          Debitul de aer 4-9 litri/min <b>Da, 7-8 l/min,„Datasheet”</b>          Presiunea reglabila la ieşire minim 50-100 mmHg <b>Da, 55-120 mmHg „Datasheet”</b>          Alimentare reţea electrică 220 V, 50 Hz da <b>Da, 12 min „Datasheet”</b>          Termenul de garanţie minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b></p>	
<b>Lot 22</b>					
<p>Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele</p>	U0096	IHC MEDIKAL A.S.	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele          Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienţilor in IMSP, cu reglări mecanice          Parametru Specificaţie          Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da          "Reglarea spătarului, a înălţimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei" da          Manivele de mână ușor de depozitat da          Şine laterale pliabile pe toată lungimea da          Plăci detaşabile (PP) pentru cap și picioare da          Fowler și pozițiile vesculare da          Suprafaţa de așezare metalică perforată da          Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da          Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da          Stâlp IV reglabil pe înălţime da          Roți pivotante minim 2 cu frână          "Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri" da          Saltea inclusă da          Lungimea totală "210 - 220 cm          "</p>	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele          Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienţilor in IMSP, cu reglări mecanice          Parametru Specificaţie          Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da <b>Da, „ U0096”</b>          Reglarea spătarului, a înălţimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da <b>Da, „ U0096”</b>          Manivele de mână ușor de depozitat da <b>Da, „ U0096”</b>          Şine laterale pliabile pe toată lungimea da <b>Da, „ U0096”</b>          Plăci detaşabile (PP) pentru cap și picioare da <b>Da, „ U0096”</b>          Fowler și pozițiile vesculare da <b>Da, „ U0096”</b>          Suprafaţa de așezare metalică perforată da <b>Da, „ U0096”</b>          Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da <b>Da, „ U0096”</b>          Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da <b>Da, „ U0096”</b>          Stâlp IV reglabil pe înălţime da <b>Da, „ U0096”</b>          Roți pivotante minim 2 cu frână <b>Da, toate cu frână „ U0096”</b>          Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da <b>Da, „ U0096”</b>          Saltea inclusă da <b>Da, „ U0096”</b>          Lungimea totală 210 - 220 cm <b>Da, 211 cm „ U0096”</b>          Lăţimea totală 90 - 105 cm <b>Da, 104 cm „ U0096”</b>          Interval de înălţime 48 - 70 cm <b>Da, „ U0096”</b>          Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade <b>Da, 0 - 70 grade „ U0096”</b></p>	DM000835440

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Lățimea totală "90 - 105 cm          " Interval de înălțime "48 - 70 cm          " Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade          Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade          Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm          Spațiu liber sub pat minim 15 cm          Sarcină de lucru sigură 250 kg          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade <b>Da, 0 - 30 grade ,, U0096''</b>          Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm <b>Da, 12,5 cm ,, U0096''</b>          Spațiu liber sub pat minim 15 cm <b>Da, ,, U0096''</b>          Sarcină de lucru sigură 250 kg <b>Da, 250 kg ,, U0096''</b>          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b></p>	
--	--	--	---	---	--

**Lot 25**

<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza)</p>	<p>U0039</p>	<p>IHC          MEDIKAL          A.S.</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza)          Cod 140370          Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților"          Parametru Specificație          Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade          Control manual          Caracteristici Bare laterale obligatoriu          Roți Diametru ≥ 15 cm          Frine ≥ 2          Sarcina maximă ≥ 200 kg          Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm          "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă          "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza)          Cod 140370          Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților"          Parametru Specificație          Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade <b>Da, 15 grade ,, U0039''</b>          Control manual <b>Da, ,, U0039''</b>          Caracteristici Bare laterale obligatoriu <b>Da, ,, U0039''</b>          Roți Diametru ≥ 15 cm <b>Da, 15 cm ,, U0039''</b>          Frine ≥ 2 <b>Da, 2 ,, U0039''</b>          Sarcina maximă ≥ 200 kg <b>Da, 210 kg ,, U0039''</b>          Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm <b>Da, 212 x 75 cm ,, U0039''</b>          Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu <b>Da, ,, U0039''</b>          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă <b>Da, ,, U0039''</b>          Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu <b>Da, ,, U0039''</b>          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b></p>	<p>DM000568654</p>
--	--------------	---	--	--	--------------------

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			perete" obligatoriu Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b>	
<b>Lot 26</b>					
Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	U0105	IHC MEDIKAL A.S.	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 15 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 15 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) obligatoriu Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" obligatoriu "Posibilitatea de blocare a direcției roților" obligatoriu Material "oțel inox sau metal vopsit	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic <b>Da, ,, U0105''</b> Secțiuni ≥ 3 <b>Da, ,, U0105''</b> Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 15 grade <b>Da, ,, U0105''</b> Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 15 grade <b>Da, ,, U0105''</b> Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 70 grade <b>Da, ,, U0105''</b> Control manual da, din ambele părți <b>Da, ,, U0105''</b> Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) obligatoriu <b>Da, ,, U0105''</b> Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. <b>Da, ,, U0105''</b> Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm <b>Da, ,, U0105''</b> Bare laterale, pliabile obligatoriu <b>Da, ,, U0105''</b> Roți Diametru ≥ 15 cm <b>Da, ,, U0105''</b> Frine cu blocare centrală la toate 4 roți obligatoriu <b>Da, ,, U0105''</b> Posibilitatea de blocare a direcției roților obligatoriu <b>Da, ,, U0105''</b> Material "oțel inox sau metal vopsit electrostatic" <b>Da, ,, U0105''</b> Sarcina maximă ≥ 230 kg <b>Da, 240 kg ,, U0105''</b> Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm <b>Da, 209,5 X 75 cm ,, U0105''</b>	DM000568658

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>electrostatic"          Sarcina maximă <math>\geq 230</math> kg          Dimensiuni <math>\geq 200 \times 75</math> cm          Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă          Suport pentru balon de oxigen obligatoriu          "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu <b>Da, „U0105”</b>          Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă <b>Da, „U0105”</b>          Suport pentru balon de oxigen obligatoriu <b>Da, „U0105”</b>          "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu <b>Da, „U0105”</b>          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da, „U0105”</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da, „U0105”</b></p>	
<b>Lot 27</b>					
<p>Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți</p>	<p>U0130</p>	<p>IHC          MEDIKAL          A.S.</p>	<p>Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți          Cod 140410          Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților          Parametrii Specificația          Construcția, căptușeala Netoxic          Fără margini ascuțite          Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă          Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului          Barele de protecție laterale Detașabile          Rotile Diametru <math>\geq 12</math> cm          Frînă <math>\geq 2</math>          Înălțime Reglabilă          Accesorii Husă pentru saltea          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de</p>	<p>Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți          Cod 140410          Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților          Parametrii Specificația          Construcția, căptușeala Netoxic <b>Da, „U0130”</b>          Fără margini ascuțite <b>Da, „U0130”</b>          Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă <b>Da, „U0130”</b>          Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului <b>Da, „U0130”</b>          Barele de protecție laterale Detașabile <b>Da, „U0130”</b>          Rotile Diametru <math>\geq 12</math> cm <b>Da, 12.5cm „U0130”</b>          Frînă <math>\geq 2</math> <b>Da, toate roțile cu frana „U0130”</b>          Înălțime Reglabilă <b>Da, „U0130”</b>          Accesorii Husă pentru saltea <b>Da, „U0130”</b>          Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b>          Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al</p>	<p>DM000834055</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b>	
<b>Lot 28</b>					
Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii	U0130	IHC MEDIKAL A.S.	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii Cod 140450 Descriere Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale pliabil Spațiul între gratele verticale ≤6 cm Rotile Diametru ≥12 cm Frână ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii Cod 140450 Descriere Paturi pediatric standard pentru copii, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic <b>Da, „U0130”</b> Fără margini ascuțite <b>Da, „U0130”</b> Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă <b>Da, „U0130”</b> Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului <b>Da, „U0130”</b> Barele de protecție laterale pliabil <b>Da, „U0130”</b> Spațiul între gratele verticale ≤6 cm <b>Da, „U0130”</b> Rotile Diametru ≥12 cm <b>Da, 12.5 cm „U0130”</b> Frână ≥2 <b>Da, toate rotile cu frana „U0130”</b> Înălțime Reglabilă <b>Da, „U0130”</b> Accesorii Husă pentru saltea <b>Da, „U0130”</b> Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b> Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. <b>Da</b>	DM000834055

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

### Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: 21599656 din 12.05.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33192000-2	4	Brancarda sanitara de baza	Buc.	4	29.750,00	35.700,00	119.000,00	142.800,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	<b>Conform SIA RSAP</b>
	12	Pat pentru examinare mecanic, adult	Buc.	6	4.080,00	4.896,00	24.480,00	29.376,00		
	18	Pat multifunctional pentru adulti 5-6 poziții traumatologic	Buc.	50	23.980,00	28.776,00	1.199.000,00	1.438.800,00		
	19	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu inclinare laterală	Buc.	20	44.400,00	53.280,00	888.000,00	1.065.600,00		
	21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	Buc.	40	6.048,00	7.257,60	241.920,00	290.304,00		
	22	Pat manual de ingrijire a pacientului cu 3 manivele	Buc.	21	16.800,00	20.160,00	352.800,00	423.360,00		
	25	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	Buc.	2	18.200,00	21.840,00	36.400,00	43.680,00		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

26	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	Buc.	2	32.000,00	38.400,00	64.000,00	76.800,00		
27	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti	Buc.	4	16.125,00	19.350,00	64.500,00	77.400,00		
28	Pat pediatric standard (mecanic) pentru copii	Buc.	5	15.040,00	18.048,00	75.200,00	90.240,00		
<b>TOTAL</b>						<b>3.065.300,00</b>	<b>3.678.360,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1