

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1635760297470 din 17.11.2021

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Spectrofotometru UV-VIS	E-1000UV	China	Peak Instruments	Conform caietului de sarcini	Wavelength range 320 -1100 nm Wavelength accuracy +/- 1nm Spectral bandwidth 4 nm Wavelength repeatability 0.5 nm Stray light <= 0,1%T @360 nm Photometric accuracy 0.5%T Photometric repeatability 0.2%T Stability +/- 0.002 A/h @500 nm Working T, A, C Display range 0-200%T, -0.3-3A Display 128*64 LCD Zeroing Automatic Set: Spectrofotometru UV-Vis echivalent cu ARI - UV-755B, 4 - cuve cuarț 10 mm, 2 cuve cuarț 5 mm Garantie 24 luni	
Lot 3						
Etuvă, dulap de uscare	58/350 LSN11	Lituania	Snol	Conform caietului de sarcini	Volumul de lucru, 58 litri. Temperatura maximala 350 C. Dimensiunile camerei de lucru nu mai mic de 39x37.5x36(h) cm, Rafturi reglabile dupa nivele: 3, convecția forțată, viteza de încălzire pînă la 350 C în strarea descărcată: 40 minute, setarea temperaturii : prin microprocesor cu pasul de reglarea temperaturii: 1 C, stabilitatea temperaturii: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$, uniformitatea temperaturii la 350C: $\leq \pm 2.5^\circ\text{C}$ materialul camerei de lucru – inox marca 304, materialul carcasei exterioare – oțel vopsit, alimentarea 220V, prizele europene, perioada de garanție 12 luni	
Spectrofotometru UV-VIS	L6S	China	Inesa	Conform caietului de sarcini	Sursa luminii: Lampa cu halogen (gama vizibilă), lampa de deuteriu (gama UV) Sistem optic: raportul fasciculului divizat Intervalul lungimii de undă: 190-1100 nm Acuratețea lungimii de undă: ± 1 nm Rezoluția lungimii de undă: 0.1 nm Reproducerea lungimii de undă: Nu mai mult de 0,2 nm Selectarea lungimii de undă: automat Detector. Modalități de măsurare: Silicon, fotodiod absorbantă, transmisie, factor, cinetică, calibrare, analiză cantitativă	

					Ecran: Digital LCD Interfata: RS 232 Intervalul de operare: 10–40 °C, max. 80 % umiditate relativa (fara condens) Alimentare: 110 V–240 V, ~50/60 Hz Garantie: 2 ani Declaratie de conformitate: CE Suport pentru cuve cu schimbator automat pentru minim 5 locuri, permite folosirea Cuvelor de diferite dimensiuni (5-50mm) Setul de livrare sa include: Spectrofotometru – 1 buc, cuve de quarz – min 2 perechi (4buc) Program pentru analiza cantitativa- 1 buc, block negru pentru corecția la campul intunecat. Siguranta – 1 de rezerva., cablu de alimentare cu priza europeana, manual de instructiuni, husa de pastrare, soft pentru prelucrarea datelor la calculator Garantie 24 luni	
Fotometru cu flacăra	FP6450	China	Inesa	Conform caietului de sarcini	Analiza rapida a elementelor: Na, K, Ca, Li, Ba si Li dintr-o singura aspirare de proba Operare prin intermediul ecranului touch-screen cu posibilitate salvare date si curbe de calibrare pe elementele analizate. Softul de operare sa fie inclus in setul de livrare Sursa de gaz combustibil: propan, gaz natural sau LPG Sa include aprindere electronica a flacarii si senzor de protectie al acesteia Interfata USB pentru conectarea la un calculator sau imprimanta Limita de detectie a elementelor $K \leq 0.004$ mmol/l, $Na \leq 0.008$ mmol/l, $Li \leq 0.015$ mmol/l, $Ca \leq 0.050$ mmol/l, $Ba \leq 0.004$ mmol/l Reproductivitate $\leq 2\%$, Consumul de proba absorbita pentru analiza < 6ml/Min, Timpul de raspuns nu mai mare de 8 secunde. Setul de livrare sa includa compesor de aier cu rezervor minim de 3 litre, presiunea de lucru pina la 6 atmosfere, debitul de aier nu mai mare de 23 L/min, puterea maxima 1/6 hP. Livrarea si montarea inclusa in setul de livrare. Termen de garantie min 12 luni	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau