

MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г. Кишинэу,
ул. Калеа Орхеюлуй 111/5
тел. 406 - 299; 406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :7/21
Data:01.02.2021

Către: IMSP SR Telenesti

In atenția : Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de licitație publică nr.
ocds-b3wdp1-MD-1611611737328 din 03.02.2021 pentru achiziționarea reagenților chimici și
consumabile de laborator pentru anul 2021

Declarație

Prin prezenta, confirmam:

- 1.Că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
- 2.Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
- 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (system închis), de la producătorul utilajului.
- 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul,(system închis).
- 5.Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația RM în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător(la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
- 7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Mulumim pentru colaborare!

Cu considerație,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina

