

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21016272 din 3.01.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile de laborator							
Nr.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4. Interleukina-10-ELISA BEST, sau echivalent	BE53101	Germania	IBL	<p><b>Certificare:</b> de analiza  <b>Format:</b> set pentru cel puțin 96 determinări.  <b>Aplicație:</b> Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.  <b>Sistemul de vizualizare:</b> recomandat de producător.  <b>Nr teste:</b> suficient pentru realizarea a 96 teste  <b>Protocol:</b> prezența protocolului standardizat de la producător.  <b>Utilizare:</b> Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	<p><b>Certificare:</b> de analiza  <b>Format:</b> set pentru cel puțin 96 determinări.  <b>Aplicație:</b> Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.  <b>Sistemul de vizualizare:</b> recomandat de producător.  <b>Nr teste:</b> suficient pentru realizarea a 96 teste  <b>Protocol:</b> prezența protocolului standardizat de la producător.  <b>Utilizare:</b> Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	ISO, CE
80.	80. MRS AGAR, 500g,	CM-MRSA205	MB	Rapid Labs	pentru efectuarea analizelor de laborator	pentru efectuarea analizelor de laborator	ISO, CE
92.	92. Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml	390	Polonia	HTL	Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml	Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml	ISO, CE
140.	140. IL - 1	BE58011	Germania	IBL	<p><b>Certificare:</b> de analiza  <b>Format:</b> set pentru cel puțin 96 determinări.  <b>Aplicație:</b> Kit ELISA sandwich</p>	<p><b>Certificare:</b> de analiza  <b>Format:</b> set pentru cel puțin 96 determinări.  <b>Aplicație:</b> Kit ELISA sandwich</p>	ISO, CE

					<p>pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.  <b>Sistemul de vizualizare:</b> recomandat de producător.  <b>Nr teste:</b> suficient pentru realizarea a 96 teste  <b>Protocol:</b> prezența protocolului standardizat de la producător.  <b>Utilizare:</b> Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	<p>pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.  <b>Sistemul de vizualizare:</b> recomandat de producător.  <b>Nr teste:</b> suficient pentru realizarea a 96 teste  <b>Protocol:</b> prezența protocolului standardizat de la producător.  <b>Utilizare:</b> Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală.</p>	
144.	144.FSH Elisa 96 teste	E-403196	MB	Rapid Labs	FSH Elisa 96 teste	FSH Elisa 96 teste	ISO, CE
145.	145. LH Elisa 96 teste	E-402196	MB	Rapid Labs	LH Elisa 96 teste	LH Elisa 96 teste	ISO, CE
146.	146. Prolactin Elisa 96 teste	E-404196	MB	Rapid Labs	Prolactin Elisa 96 teste	Prolactin Elisa 96 teste	ISO, CE
147.	174. T4 Elisa 96 teste	E-302196	MB	Rapid Labs	T4 Elisa 96 teste	T4 Elisa 96 teste	ISO, CE
148.	148. TSH Elisa 96 teste	E-301196	MB	Rapid Labs	TSH Elisa 96 teste	TSH Elisa 96 teste	ISO, CE
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General  
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova