


Specificații tehnice (F2.1)

Lot 6 : Multimetre pentru măsurarea curentului alternativ și direct, capacității, frecvenței, rezistenței și tensiunii

Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Multimetru	Model EX 505-K	Estonia	Flir Commercial Systems Inc.- EXTECH Brand	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	<p><i>Caracteristici Tehnice :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protecție de intrare 1000V pe toate funcțiile • Funcții de frecvență cu dublă sensibilitate • LCD mare cu iluminare din spate • Tensiune circuit deschis diodă de 2,8V DC • Oprire automată cu funcția de dezactivare • Complet cu cabluri de testare turnate dublu, curea de agățare magnetică, sondă tip K de temperatură, husă de transport și o baterie de 9V  <ul style="list-style-type: none"> ● Display Counts: 4,000 count ● Averaging/True RMS : True RMS ● Basic Accuracy : 0.5 % ● DC / AC Voltage : 0.1mV to 1000VDC 0.1mV to 1000VAC ● DC/ AC Current : 0.1μA to 10A ● Resistance : 0.1Ω to 40MΩ ● Capacitance : 0.01nF to 100μF ● Frequency (electrical) : 5Hz to 1kHz ● Frequency (Electronic): 0.001Hz to 10 MHz

					<ul style="list-style-type: none"> ● Temperature : -4 to 1382°F (-20 to 750°C) ● Duty Cycle : 0.1 to 99.9% ● Diode / Continuity : Yes ● Dimensions:7.25x3.25x2.25" (184x83x57mm) ● Weight : 12.3oz (349g)
TOTAL					4 bucati

Semnat: _____

Nume: **Gheorghe BURDILA**,
 În calitate de: Director Techno-Test S.R.L.
 Ofertantul: **Techno-Test S.R.L.**

Adresa: str. Mihai Eminescu, 66, Chisinau, Moldova, MD-2012

Data: "03" Decembrie 2023